
Две стороны приёма: врач и пациент



Модель встаёт не рядом с приёмом, а внутри него

У приёма две стороны, и замеры у них разные.

Со стороны врача меняется то, **как он принимает решение**: на что смотрит, чему верит, что умеет без помощника.

Со стороны пациента меняется то, **согласен ли он с решением**: кому доверяет, что просит перепроверить, от чего отказывается.

Дальше разбираем их порознь — потому что порознь они и измерены.

Полная запись источников

Влияние на врача

Как проявляется

- Отметка модели выходит вместе со снимком
- Глаз реже стоит там, где модель молчит
- Врач работает без помощника, привыкнув к нему
- Тревоги идут потоком, врач отклоняет подряд
- Разбор несогласий — отдельная работа
- Врач переписывает машинное заключение

Последствия

- Верных заключений 23,6 против 92,8 из ста. 220 врачей
- Пропущенных раков 61 против 29 из ста. 10 врачей
- Находок 22,4 против 28,4 из ста. 1 443 процедуры
- Отклоняется 90 из ста; уместны 0,5 из ста
- Разборов 5 283 против 3 449. 50 000 женщин
- Правится 31 из ста. 159 630 кардиограмм

Предупредить врача не помогает. Помогают только действия человека во время работы с моделью или после неё.

Своего смещения человек не видит.

Полная запись источников · *медицинские замеры*

Влияние на пациента

Как проявляется

- Пациенту говорят, что врач пользуется моделью
- Модель предлагают единственным читателем снимка
- Тревогу по снимку подняла модель
- Осмотр моделью предлагают без доплаты
- Пациент читает ответ, не зная, кто его написал

Последствия

- Доверие 0,30 против 0,63 из единицы. 1 762 взрослых
- Соглашаются 23 из 518; вторым читателем — 368
- Врача просят 319 из 359; наоборот — 184
- Выбирают 81 против 43 из ста. 248 взрослых
- Сочувствие 4,11 против 2,01 из пяти. 45 человек

Пациент принимает модель помощником и отвергает исполнителем.

Возраст и образование этого не объясняют. Затухания доверия во времени не измерено нигде.

Полная запись источников