


Film Reader Calibration SN12411

System Information	
Calibration Tech:	Jacob Garner, B.S.
Procedure Date:	7/7/2023
Tube Model:	Quastar DT-1084
Tube Serial:	9614-7R
Tube Power:	4 kW Max @ 155 kV
Generator Model:	Spellman X4119
Generator Serial:	140690036-A01865

Reference Dosimeter Info	
Reference Dosimeter:	RadCal Ion Chamber
Rad Cal ID #:	RAD-008
Ion Chamber Model:	10X6-0.6-3
Ion Chamber SN:	02-0815
Digitizer Model:	ADDM+
Digitizer SN:	47-1380
Calibration Due Date:	6/13/2024



Film Reader Information	
Device ID:	DR4-009
Device SN:	12411
Film Type:	EBT3-High
Film Lot:	01182201
Film Exp. Date:	7/18/2024

Polynomial Fit	
A:	28.845
B:	25.016
C:	0.822
r ² :	0.9999

Power Fit	
A:	51.942
B:	1.203
r ² :	0.994

Environmental Conditions: T=21 °C, P=101.325 kPa, RH=31%
Calibration Procedure: BU-WI-0010

Calibrated By:
Jacob Garner, B.S.
Calibration Technician

Reviewed By:
Physicist or Calibration Lab
Committee Member or Dsignee