Máy áp dụng: N17MPM0896 TEMPLATE ENDFACE Checked by: Calibration Team-PTE Date: 09-Oct-2024 Prepared by: Bung NV Drawing: 000-4-DTV-2943 2µm 1µm 5µm ⊙ 3µm 10μm (· Ø1.2 A Ø6.4 D Ø3.2 C Ø1.9 B -Dung sai : +/- 0.5mm áp dụng cho các kích thước [20,50]mm -Dung sai : +/- 0.8mm áp dụng cho các kích thước còn lại Chi chú: Kết quả kiểm tra không bao gồm bề rộng đường bao kích thước. -Dung sai : +/- 0.2mm áp dụng cho các kích thước <20mm Đường bao 250 µm Đường bao 130 µm Đường bao 125 µm Đường bao 120 µm Đường bao 115 µm Vùng core 0~50 µm Đường bao 85 µm Đường bao 65 µm Đường bao 25 µm Đường bao 10 µm **ZOOM X400** Ø80 H Ø73.6 G Ø54.4 F Ø41.6 E