Incertezas experimento 4

Resistor: 5% de valor nominal

Capacitor de 47 nF: 10% de valor nominal

Capacitor de 1 mF: 20% de valor nominal

Osciloscópio

Tensão (Posição vertical = 0)
[Exatidão da Tensão] = 3% do módulo da leitura + 10% da tensão de uma divisão + 1 mV

Precisão da medição de tensão CC, Modo de aquisição Média	A precisão das medições da tensão CC adquiridas usando Média de ≥ 16 formas de onda.	
	Posição vertical = 0	±(3% de |leitura| + 0,1 div + 1 mV).
	Posição vertical ≠ 0 e Escala vertical 2 mV/div até 200 mV/div:	±[3% de (|leitura + posição vertical|) + 1% de |posição vertical| + 0,2 div + 7 mV]
	Posição vertical ≠ 0 e Escala vertical >200 mV/div	±[3% de (|leitura + posição vertical|) + 1% de |posição vertical| + 0,2 div + 175 mV]

Tempo de intervalos de tempo, Δt
[Exatidão de inter. de tempo] = 0,01% da leitura + 0,4% do tempo de uma divisão + 0,4 ns

Delta da precisão da medição de tempo (largura de banda plena)	Os limites são fornecidos na seguinte tabela para sinais com amplitude de ≥ 5 divisões, taxa de giro nos pontos de medição de ≥ 2 divisões/ns e adquiridas de ≥ 10 mV/Div:	
	Condição	*Precisão da medição de tempo*
	Uma única vez, modo Amostra	±(1 intervalo de amostragem + 100 partes por milhão × [leitura] + 0,6 ns)
	> 16 médias	±(1 intervalo de amostragem + 100 partes por milhão × [leitura] + 0,4 ns)

Intervalo de Amostragem = (s/div) / 250