


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN


Periode Ke : Januari 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Kamis, 5-1-2023	T-01A	DHP	6944	6950	6	6955	6955	0	6847	6852	5	6856	6856	0	RENDA	
2	Kamis, 5-1-2023	T-01B		4953	4953	0				1250	1250	0					
3	Kamis, 5-1-2023	V-16		4750	4746	-4				26	26	0					
4	Kamis, 5-1-2023	V-17		6320	6318	-2				?	?	?					
5	Kamis, 5-1-2023	V-17B		5860	5860	0				4098	?	?					

NOTE :


- T-01A dilakukan resetting +10mm
- V-17B air tidak bisa di deteksi oleh sensor
- V-17 air tidak muncul di tankhub display

PT.CS




ROBY

DHP



RENDA

MA-2



Ibnu R