

## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN


Periode Ke : *July 2024*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Selam, 16/7/24	T-01A	DHP	5689	5692	3				5515	5525	10			Wati	pc	
2	Selam, 16/7/24	T-01B		6317	6307	-10											
3		V-16		ATG RUSAK			MENUNGGU			MATERIAL							
4	Selam 16/7/24	V-17		9676	9691	15	4691	4691	0								
5	Selam, 16/7/24	V-17B		5171	5174	3											


NOTE : V-16. ATG Rusak menunggu material.

\* ATG = Automatic Tank Gauge

**PT.CS**



**DHP**



**MA-2**

