

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Maret 2024*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Slam, 27/2/24	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	9016	9017	1				30'6	30'8	0'2						Subrisa	J.	
2	Slam, 27/2/24	TK-101-T1B		CLEANING			CLEANING			3										
3	Slam, 27/2/24	TK-101-T1C		6971	6969	-2				32'2	32'3	0'1								
4	Slam, 27/2/24	TK-101-T1D		8665	8669	-1				33'1	33'4	0'3								
5	Slam, 27/2/24	TK-101-T1E		19.339	19.333	-1				32'2	32'3	0'1								
6	Slam, 27/2/24	TK-101-T1F		11.348	11.850	2				31'1	31'0	0'1								
7	Slam, 27/2/24	TK-101-T1G		17.430	17.433	3				31'6	31'4	0'2								

NOTE :

PT.CS
[Signature]
ALB

Terminal Lawe
[Signature]
STRIKNO

MA-4
[Signature]
MANUWIS