

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : *July 2024*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	<i>Rabu, 10/7/24</i>	N-1	Balikpapan 1	<i>9807</i>	<i>9809</i>	<i>-3</i>				<i>Rehman</i>	<i>Re</i>
2	<i>Rabu, 10/7/24</i>	N-3		<i>2066</i>	<i>2065</i>	<i>-1</i>					
3	<i>Rabu, 10/7/24</i>	N-6		<i>4061</i>	<i>4264</i>	<i>3</i>					
4	<i>Rabu, 10/7/24</i>	V-10		<i>525</i>	<i>525</i>	<i>0</i>					
5	<i>Rabu, 10/7/24</i>	V-11		<i>1069</i>	<i>1066</i>	<i>-3</i>					

NOTE : *V-10 menunggu level diatas 600mm untuk didapping.*

* ATG = Automatic Tank Gauge

