



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**


Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	R-11	15:45	8222			8204			18		8204
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,  
 PT. Control System

  
 Hendi Adigama


Balikpapan, 27 - 02 - 2024

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
 Hani TP

2. OM Production





**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Jumat tanggal 23..... bulan Februari..... tahun 2024....., kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG		Manual Dipping		Selisih		Minyak	Air	Suhu
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu			
1	D20-13-B	15:00	5724			5749	+25		5749		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 23 Februari.....2024

Pelaksana Resetting,

PT. Control System


  
DAVID

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
R. R. R.

2. OM Production

  
R. R. R.



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	7-201	11:20	1221			1228			7		1228
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

  
M. Awaluddin


Balikpapan, 22-02-2024

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
Asman

2. OM Production

  
M. Awaluddin





**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 13..... bulan Maret..... tahun 2024..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi			Setelah			Hasil Resetting ATG		
			Manual Dipping			Air			Minyak	Air	Suhu
1	R-31	15:13	Minyak	10.809	Suhu	Minyak	10.810	Suhu	Minyak	10.810	Suhu
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

maulana. R.

Balikpapan, 13 Maret.....2024

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

Riana S.

2. OM Production



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Setelah		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	D2012	11.00	2838			2838			2838		
2	D2008	13.05	2746			2742			2742		
3	A-34	15.30	2680			2680			2680		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

Maulana Rachman

Balikpapan, 18 Maret 2024

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

RIZKI S.

2. OIM Production