

## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN


Periode Ke : I / 2 Desember 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen. 2/12/2022	T-01A	DHP	7130	7120	-10				7080	7070	-10				} Bulawa }	} F. H }
2	Sen. 2/12/2022	T-01B		5047	5045	-2				1291	1290	-1					
3	Sen. 2/12/2022	V-16		4527	4524	-3				1632	1602	-30					
4	Sen. 2/12/2022	V-17		5995	5987	-8				230	340	110					
5	Sl. 6/12/2022	V-17B		720	749	+29				720	749	+29					


**NOTE :**

Display tankhub kabur. T-01B  
- Tk V17B perlu dikalibrasi ulang sesuai lubang  
ukur yang atas, Besole di cek lagi

**PT.CS**




**DHP**



Pamela Aditya

**MA-2**



Inur