

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam, 21.09.23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	10712	10714	+2				31.0			0.020					3 Saparung 3	Jfa	
2	Kam, 21.09.23	TK-101-T1B		3020	3023	+2				30.6			0.920							
3	Jum, 22.09.23	TK-101-T1C		9034						31.1			0.256							
4	Jum, 22.09.23	TK-101-T1D		10337						33.2			0.050							
5	Jum, 22.09.23	TK-101-T1E		9000						36.7			0.716							
6	Kam, 21.09.23	TK-101-T1F		7337	7335	-2				30.9			0.017					3 Saparung 3	Jfa	
7	Kam, 21.09.23	TK-101-T1G		5367	5365	-2				30.6			0.037							

NOTE :

Tangki TK-101-T1C, TK-101-T1D, dan TK-101-T1E
Sedang operasional

