




Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN


Bulan : Februari 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Selasa, 14/2/23	N-1	Balikpapan 1	9,424	9,421	-3				Endik P	
2	Selasa, 14/2/23	N-3		441	439	-2					
3	Selasa, 14/2/23	N-6		1,241	1,243	2					
4	Selasa, 14/2/23	V-10		2,069	2,069	0					
5	Selasa, 14/2/23	V-11		2,470	2,470	0					

NOTE :

PT.CS  
  
Roby

Balikpapan 1  
  
Endik P

MA-1  
  
HADIO