



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : Agustus 2014

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi															Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1		TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	16.734																			
2		TK-101-T1B																					
3	30/3/2014	TK-101-T1C		17.748	17.746	-2				31.3													
4		TK-101-T1D		9.36																			
5	30/3/2014	TK-101-T1E		17.600	17.601	+1				31.1													
6	30/3/2014	TK-101-T1F		17.789	17.790	+1				30.3													
7		TK-101-T1G		7.621																			

NOTE :

PT.CS

Terminal LAWE

MA-4