





Monthly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Tuesday, October 15, 2024


ATG PERFORMANCE



PROBLEM FOUND

LIST ITEM	STATUS
• Pergantian GFD O-21, O-23 dan D20-11	Fix
• Troubleshoot MST A-20	Fix

Total Resetting level Monthly



KERUSAKAN SPARE PART

LIST ITEM	STATUS
• Display GWR U-11 dan U-10 (UTL).	Rusak
• MST D20-17 "Menunggu Overhaul".	Rusak
• GWR V-16 DHP "Menunggu modul"	Rusak

Assist re-Calibration ATG

A-18, A-03, A-04, A-22, A-23, A-24, A-25, A-27, E-03, E-04, E-05, E-06, O-02, O-25, T-901

Total Verifikasi : 105
Total On Call : 6
Total Kerusakan SparePart : 3
Total Assist re-Calibration ATG : 15

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

M. Hasebi