

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Agustus 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 7-8-23	A-1		1954	2058	104	2058	2058	0	36.2	35.9	0.3	0.257								
2	Senin, 24.07.23	A-2		2.361	2.359	-3				37.0°C	36.5°C	0.5	0.006					FAHRUL	3/8/23		
3	Senin, 24.07.23	A-3		5.494	5.495	+1				34.9°C	34.0°C	0.9	0.001								
4	Sen, 7-8-23	A-4		12962	12961	-1				73.4	72.0	0.4									
5	Senin, 24.07.23	A-5		1.003	1.000	-3				36.0°C	35.2°C	0.8	0.898					FAHRUL	3/8/23		
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		MODTANK																	
8	Senin, 31-07-23	A-15		5.559	5.556	-3				48.5°C			0.050								
9		A-16		MODTANK																	
10		A-17		OVERHAUL																	
11	Senin, 31-7-23	A-18		1287						30.9°C			0.701								
12		A-19		CLEANING																	
13	Sen, 31-7-23	A-20		2272	2275	3				28.8	29.3	0.5	0.182								
14	Sen, 25-7-23	A-21		2133	2136	3				29.1	29.3	0.2									
15	Selasa, 25.07.23	A-22		8.053	8.050	-3				32.0°C			0.000								
16	Sen, 25-7-23	A-23		11677	11680	3				37.2	37.5	0.3	0					KURNIAWAN	3/8/23		
17	Selasa, 25.07.23	A-24		1.297	1.300	3				29.3°C			0.000								
18	Sen, 25-7-23	A-25		12596	12599	-2				35.1	35.2	0.1	0								
19	Selasa, 25.07.23	A-26		3.186	3.183	-3				39.9°C			0.021								
20	Sen, 25-7-23	A-27		10232	10233	1				28.7	28.9	0.2	0.020								
21		A-28		OVERHAUL																	
22	Senin, 31-7-23	A-29		4.279	4276	-3				29.4°C											
23	Senin, 31-7-23	A-30		8.496	8.499	3				35.7°C			0.000								
24		A-31		2516																	
25	Sen, 7-8-23	A-32		5704	5701	-3				30.6			0.048								
26		A-33		8497																	







No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen. 30/7/2023	D20-05A	STATION 5	3125	3123	-2				37.7	37.2	0.5	0.244					ADI PW			
2	Sen. 31/7/2023	D20-05B		5257	5258	+1				32.4	32.0	0.4	1.223								
3	Sen. 29/7/23	D20-05C		3522	3524	+2				33.9			0.002								
4	Jum. 4/8/23	D20-05D		5081	5083	+2				33.9	34.0	0.1	0.046					Soegi			
5	-	D20-06A		MODTANK																	
6	Jum. 18/8/23	D20-06B		8.227			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
7	Kam. 20/7/23	D20-07A		14.567	14566	-1				63.4			0					Johny			
8	Sel. 1/8/2023	D20-07B		14.500	14509	-1				70.4	70.2	0.2	0.160					Rahman			
9	Jum. 4/8/2023	D20-07C		14522	14519	-3				68.5	68.6	0.1	0					- Soegi			
10		D20-04A		TANK CLEANING																	
11	Jum. 18/8/23	D20-04B	7.779			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
12	Jum. 18/8/23	D20-04C	9.900			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
13	Jum. 18/8/23	D20-01A	10.581			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
14	Jum. 18/8/23	D20-01B	10.728			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
15	Rab. 9/8/2023	D20-13A	643	640	-3				28.7			0.01					Bayus				
16	Sel. 25/7/2023	D20-13B	2659	2658	-1				27.6	27.3	0.3	0					Soegi				
17		D20-15A	MODTANK																		
18	Sel. 25/7/2023	D20-15B	830	832	+2				35.6	35.5	0.1	0.164					Soegi				
19	Sen. 24-7-23	R-1	POMPA R	4471	4489	18	4489	4489	0	45.6			0.001					planit			
20	-	R-2		MODTANK																	
21	Rab. 26-7-23	R-3		10800	10795	-5	10795	10795	0	40.8			0.553					- Soegi			
22	Sen. 24-7-23	R-4		672	679	-3				30.9			0					Johny			
23	Sen. 31-7-23	R-5		10741	10738	-3				32.1			0					Johny			
24	Sen. 24-7-23	R-6		11055	11057	2				36.7			0								
25	Sen. 24-7-23	R-7		9089	9088	-1				37.8			0								
26	Rab. 26-7-23	R-8		10824	10825	-2				36.9			0					- Soegi			
27	-	R-9		OVERHAUL																	
28	-	R-10		OVERHAUL																	
29	Sen. 31-7-23	D20-08	1078	1075	-3				30.5								- ADI PW				
30	Kam. 10/8/23	R-11	9978	9980	2				37.3	36.8	0.5	0.458					Rahman				



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
31	-	V-3	STATION 8 \ POMPA P	OVERHAUL																	
32	-	V-4		OVERHAUL																	
33	-	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Rab 2.08.23	V-6		2802	2805	+3				34.8	35.3	0,5	0						3 Soegi	3	
35	Rab 02.08.23	V-7		1514	1517	+3				36.9	32,3	0,4	0						3 Soegi	3	
36	Don 4.08.23	N-2		4104	4107	+3				31,2	30,7	0,5	0						3 Soegi	3	
37	Kan 03.08.23	N-4		6328	6327	-1				34.6	33,9	0,7	0.001						3 Soegi	3	
38	Sen 31.07.23	O-1		8970	8970	-0	8970	8970	0	31.7			0.441						3 ADI PW	3	
39	Sen 31.07.23	O-2		1030	1030	-0	1030	1030	0	41.8			0.586						3	3	
40	Don 28/7/23	O-3		5708	5709	1				101,3	101,1	0.2	0.019						3 Ardis.c	3	
41	Don 28/7/23	O-4		9910	9911	1				79.7	79.7	0	0.409						3	3	
42	Kan 03.08.23	O-6		10931	10989	+58	10989	10989	0	65.7	65.5	0,2	1.000						3 Soegi	3	
43	Sel 01.08.23	O-8		960	924	-36	924	924	0	58.8			0.563						3 Soegi	3	
44	Don 04.08.23	O-9		1185	1183	-2				50.9	50.5	0,4	0.356						3 Soegi	3	
45	-	O-10		OVERHAUL																	
46	Sel 25.7.23	O-11		1.012	1.010	-2				34.5			0.001						3 Soegi	3	
47	Sel 25.7.23	O-12		184	182	-2				Invalid			0						3 Soegi	3	
48	Sel 25.7.23	O-13		7862	7861	-1				40.4			0.001						3 Soegi	3	
49	Sel 25.7.23	O-14		10.271	10.272	+2				72.5			0.570						3 Soegi	3	
50	Sen 29.7.23	D20-17		7715	7696	-19				Invalid			0.201						3 Soegi	3	
51	Sen 29.7.23	D20-18		11.209	11.211	+2				31.4			0.036						3 Soegi	3	
52	Sen 29.7.23	O-15		11.267	11.266	-1				42.3			0.004						3 Soegi	3	
53	Sen 29.7.23	O-16		1069	1067	-2				31.7			0.023						3 Soegi	3	
54	Don 10/8/23	O-17		2706			OPERATIONAL			BERKECANDUTAN											
55	Sen 29/7/23	O-18		10.792	10794	2				59.5			0						3 Soegi	3	
56	Kan 10/8/23	O-19		11.007	11.008	1				68.3	66.8	1.7	0						3 Soegi	3	
57	Sen 29/7/23	O-20		1.141	1.140	-1				28.7			0.015						3 Soegi	3	
58	Sen 29/7/23	O-21		6.853	6851	-2				71.1			0.091						3 Soegi	3	
59	Sen 29/7/23	O-22		4317	4319	2				27.1			0.023						3 Soegi	3	
60	Sen 29/7/23	O-23		5319	5312	-7				49.8			0.328						3 Soegi	3	



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
61	Kam, 10/8/23	O-24		4451	4452	1				50.2	51.2	0.6						Rahmadi	me		
62		O-25		TANK CLEANING																	
63	Dim, 18/8/23	D20-11		1950			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
64	Dim, 18/8/23	D20-12		5611	5611	0				28.0			0.002								
65	Dim, 28.7/23	P-31		12.448	12.447	-1				37.5									Ardisc	Ag	
66	Dim, 28/7/23	P-32		12.481	12.484	3				40.2			0.014						3 pnd	Ag	
67	Sen, 24/7/23	P-1		10831	10829	-2				34.2			0.012								
68	Kam, 20/7/23	P-2		10650	10648	-2				38.0			0.012								
69		P-3								MODIRKAB TANKI											
70	Rab, 2/8/2023	P-4		2789	2787	+2				32.4	32.2	0.2	0.03						Goen	Ag	
71	Rab, 9/8/2023	P-5		9060	9057	-3				41.9	41.3	0.6	0						Bagus	Ag	
72	Sen, 30/7/2023	P-7		2549	2545	0				27.5	27.0	0.4	0						2 ADI PW	Ag	
73	Senin/30/7/23	P-8		9525	9524	-1				29.3	29.8	0.5	0.136								
74		D20-03		OVERHAUL																	
75	Dim, 18/8/23	D-320-12		14.997			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
76	Kam 04.08.23	D-320-02A		16823	16821	-2				80.4	79.9	0.5	0						-Surya	Ag	
77	Kam, 03.08.23	D-320-02B		18438	18431	+3				87.5	87.	0.5	0						Sorga	Ag	
78	Dim, 18/8/23	C20-01A		2.240			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
79	Kam, 03/8/2023	C20-01B		1986	1984	-2				29.6									-Sorga	Ag	

NOTE :

PT.CS  
[Signature]

OM  
[Signature]

MA 4  
[Signature]  
M. HADJI T.