





# Monthly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Friday, July 19, 2024


## ATG PERFORMANCE



## PROBLEM FOUND

LIST ITEM	STATUS
• Troubleshoot temperatur ATG D20-04C "Menunggu tanki stanby, Perlu ganti card"	Fix
• Troubleshoot ATG R-9 "level tidak muncul - ATG miring"	Fix

## Total Resetting level Monthly



## KERUSAKAN SPARE PART

LIST ITEM	STATUS
• Display GWR U-11 dan U-10 (UTL).	Rusak
• MST D20-17 "Menunggu Overhaul".	Rusak
• FWL E-3, O-3 dan R-3 Error "Pergantian MST"	Rusak
• GWR V-16 DHP "Menunggu modul"	Rusak

## Assist re-Calibration ATG

Total Verifikasi : 114  
Total On Call : 2  
Total Kerusakan SparePart : 1  
Total Assist re-Calibration ATG :

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALFAN