

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Februari - Maret 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator				
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi							
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf			
1	Jun 2.2.22	A-1	POMPA A	2897	2898	1				43.2	43.9	0.2	0.070			0.070			M. Ramadhan R.				
2	Jun. 17.2.22	A-2		7261	7262	+1				34.8	34.8	0	0			0			Dinar. H. S.				
3	Jun. 17.2.22	A-3		10891	10894	+3				35.7	35.0	-0.7	0.512			0.512							
4	Jun. 19.2.22	A-4		12333	12337	-2				34.2	34.6	4.4	0.001			0.001							
5	Jun. 17.2.22	A-5		10910	10927	-3				31.5	31.8	3.3	0			0							
6	Jun. 17.2.22	A-6		11035	11035	-2				61.5	71.0	9.5	0.179			0.179							
		A-7		MODTANK																			
7	Jun. 4.3.22	A-15		1031	1031	0				34.4	34.5	0.1	0.017			0.017			M. Ramadhan R.				
8		A-16		MODTANK																			
9	Jun. 9.3.22	A-17		7944	7944	0				31.0	31.0	0	0.999			0.999							
10	Jun. 9.3.22	A-18		9405	9405	10				33	33.2	0.2	0.876			0.876							
11	Jun. 9.3.22	A-20		7481	7481	0				28.1	28.2	0.2	-			-							
12	Rab. 16.2.22	A-21		8.145	8.148	3				34.2	34.3	0.1	0			0							
13	Rab. 16.2.22	A-22		11.959	11.953	-1				32.9	32.8	0.1	0.000			0			Dinar. H. S.				
14	Rab. 16.2.22	A-23		1038	1037	-1				33.6	32.8	0.8	0			0							
15	Rab. 16.2.22	A-24		2435	2435	0				29.9	29.9	0	0			0							
16		A-25		CLEANING																			
17	Rab 16.2.22	A-26		12905	12982	-3				43.1	43.2	0.1	0			0							
18	Rab 16.2.22	A-27		4997	4999	2				30.5	30.5	0	0			0							
19	Rab. 16.2.22	A-28		1352	1355	3				29.9	29.8	0.1	0			0							
20	Rab. 16.2.22	A-29		MODTANK																			
21	Rab. 16.2.22	A-30		2099	2099	0				29.7	30.0	1.1	0.001			0.001			M. Ramadhan R.				
22	Senen. 15.3.22	A-31		8412	Ops Ras P. Bertangjun					35.4													
23	Senen. 15.3.22	A-32		7655						28.6													
24	Jun. 04.3.22	A-33		12250	12277	-3				28.9	28.9	0	-			-							
25	Jun. 17.2.22	E-2		1239	1239	0				41.4	41.3	0.1	0.009			0.009							
26	Jun. 19.2.22	E-3		2260	2262	+2				29.2	29.2	0	-			-							
27		E-4		CLEANING																			
28	Jun. 19.2.22	E-5		7291	7292	+1				37.0	36.0	1	0.097			0.097			Dinar. H. S.				
29	Jun. 17.2.22	E-6		8196	8196	0				42.0	41.8	0.2	0.046			0.046							
30	Jun. 17.2.22	E-7		9067	9065	-2				24.5	24.4	0.1	0.347			0.347							
31		T-901		CLEANING																			
32	Jun. 4.3.22	T-902		6401	5386	-15				31.3	34.3	3.0	0.851			0.851			M. Ramadhan R.				



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
69		V-5	STATION 8	TANKI KOSONG																	
70	80. 8-2-22	N-2		4996	4996	0				29.6	30.7	1.1	0.618			0.018			J. Deede		
71	81. 8-3-22	N-4		2938	2910	2				30.7	31	0.3	0			0					
72	82. 15-3-22	O-1		5521						41.5	45.5	4.0	0.445			0.445			J. Deede		
73	81. 8-2-22	O-2		4888	4897	9				45.9	47	2.0	0.34			0.724					
74	82. 2-3-22	O-3		9150	9150	0				47.7	47.8	0.1	0.034			0.034			J. Deede		
75	82. 2-3-22	O-4		5257	5256	-1				48.2	50.9	2.2	0.441			0.441					
76	81. 1-3-22	O-6		10516	10519	3				88.8			0.448			0.748			J. Deede		
77	82. 2-3-22	O-8		1025	1025	0				59.4			0.612			0.612					
78	82. 2-3-22	O-9		10225	1223	-2				46.7	46.9	0.2	0			0			J. Deede		
79	82. 1-3-22	O-10		9129	9127	-2				35.7			0.168			0.168					
80	82. 1-3-22	O-11		9227	8960	-267				35.3			0			0			J. Deede		
81	82. 1-3-22	O-12		6347	6349	+2				36.7	36.8	0.1	0			0					
82	82. 1-3-22	O-13		9979	9929	-50				59.1	59.2	0.1	0.002			0.002			J. Deede		
83	82. 1-3-22	O-14		10014	10017	3				77.2	77.7	0.5	0			0					
84		D20-17		4152						-			0.144			0.144			J. Deede		
85	82. 9-2-22	D20-18		2373	2371	-2				31.8	31.5	0.3	0.034			0.034					
86	82. 9-2-22	O-15		10964	10965	+1				33.6	33.9	0.3	0.001			0.001			J. Deede		
87	82. 1-3-22	O-16		10.792	10.763	-3				33.1	33.9	0.8	0			0					
88	82. 15-3-22	O-17		3104	Operasi Berkelanjutan					Kawat di lapas modifikasi IHLA										J. Deede	
89	82. 15-3-22	O-18		7151	7153	+2				47.5	47.0	0.5	0.196			0.196					
90	82. 1-3-22	O-19		1048	1058	10				59.5	59	4.5	0			0			J. Deede		
91	82. 1-3-22	O-20		3482	3488	+6				29.1	29.3	0.2	0.015			0.015					
92	82. 1-3-22	O-21		11.706	11.705	-1				59.4	60.6	1.3	0.069			0.069			J. Deede		
93		O-22	MODTANK																		
94	82. 1-3-22	O-23	11.199	11.197	-2				65.9	65.3	0.6	0.030			0.030			J. Deede			
95	82. 1-3-22	O-24	7537	7531	-6				76.8			0.062			0.062						
96		O-25	CLEANING																J. Deede		
97		D20-11	MODTANK																		
98		D20-12	CLEANING																J. Deede		
99	82. 1-3-22	P-31	7007	7010	3				31	31.2	0.2	0			0						
100	82. 1-3-22	P-32	7961	7958	-3				30.9	31	0.1	0			0			J. Deede			
101	82. 7-3-22	P-1	5000	5002	2				30.2	30.2	0	0.012			0.012						
102	82. 7-3-22	P-2	6602	6595	-7				35.4	35.4	0	0			0			J. Deede			
103		P-3	MODTANK																		
104		P-4	MODTANK																		





No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )									Temp ( °C )			Level Air ( mm )									Operator	
				Pengukuran			Koreksi									Pengukuran			Koreksi							
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf			
33	Jum, 04.3.22	T-903	STATION 5	11.215	11.214	-1				31.8	31.9	0.1	0.000			0.000				M. Ramadani						
34	Kem, 05.3.22	T-904		1.054	1.052	-2				30.6	30.9	0.3	0.998			0.998										
35	Rab, 16.2.22	T-201		11.822	11.820	-2				29.9	29.9	0.5	0.015			0.015										
36	Rab, 16.2.22	T-202		5711	5712	+1				30.8	30.8	0	0.015			0.015										
37	Rab, 16.2.22	T-203		6552	6553	+1				29.6	29.7	0.1	0.082			0.082										
38	Sen, 7.3.22	D20-05A		13294	13291	-3				35	35.1	0.1	1.144			1.144										
39	Sen, 7.3.22	D20-05B		10183	10182	-1				34.3	34.4	0.1	1.223			1.223				R. Ramadani						
40	Sen, 7.3.22	D20-05C		3090	3090	0				31.8	32	0.2	0.003			0.003				Dede						
41	Sen, 14.3.22	D20-05D		5911	5912	+1				32.6	32.1	0.5	0.045			0.045										
42		D20-06A			MODTANK																					
43	Selasa 15.3.22	D20-06B	8.100	Operasi Berkelanjutan																						
44	Sen, 7.3.22	D20-07A	14501	14501	0				59.7	59.6	0.1	0			0				Dede							
45	Selasa 15.3.22	D20-07B	14170	14172	+2				65.3	70.1	5.4	0			0											
46	Kad, 10.3.22	D20-07C	4.490	4.488	-2				62.0	62.1	0.1	0			0				Dede							
47	Sen, 7.3.22	D20-04A	66	LUBANG UKUR HCL					69.2	69.5	0.3	0			0											
48	Sen, 7.3.22	D20-04B	8827	8847	20				69.9	69.9	0.5	0			0											
49	Selasa 15.3.22	D20-04C	8163	Operasi Berkelanjutan					85.8			0.42							Aldy							
50	Selasa 15.3.22	D20-01A	10508	Operasi Berkelanjutan					32.6			0.242														
51		D20-01B		CLEANING																						
52	Sen, 7.3.22	D20-13A	2519	2517	-2				26.0	26.5	0.5	0			0											
53	Sen, 7.3.22	D20-13B	2986	2984	-2				26.6	26.8	0.2	0			0											
54		D20-15A		MODTANK																	Dede					
55	Sen, 7.3.22	D20-15B	1956	1953	-3				31.8	31.8	0	0			0											
56	Sen, 7.3.22	R-1	2066	2069	3				40.6	40.9	0.2	0			0											
57	Selasa 15.3.22	R-2		MODTANK																						
58	Rab, 9.3.22	R-3	10789	10786	-3				35	35.4	0.4	0.249			0.249											
59	Rab, 2.3.22	R-4	2005	2004	-1				31.9	32.1	0.2	0			0											
60	Selasa 15.3.22	R-5	8340	Operasi Berkelanjutan					30.3			0.024														
61	Sen, 14.3.22	R-6	10996	10997	+1				39.3	39.8	0.5	0			0											
62	Rab, 2.3.22	R-7	1144	1147	3				37.8	38.3	0.5	0			0				Ramadhan							
63	Rab, 2.3.22	R-8	1997	2000	3				33.2	33.7	0.5	0			0											
64	Rab, 2.3.22	R-9	1445	1457	12				27.9	28.5	0.6	0.343			0.343											
65	Rab, 2.3.22	R-10	6984	7030	46				32.4	32.4	0	0			0											
66	Selasa 15.3.22	R-11	2973	Operasi Berkelanjutan					37.3			0.395														
67	Selasa 15.3.22	D20-08	9805	9803	-2				37.6	37.3	0.3	-			-				Aldy							
68		V-4		CLEANING																						



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
105	Kamis. 10-3-22	P-5		5107	5104	3				35.5	34.9	0.6	0		0.6	0				
106	Sabtu. 12-3-22	P-7		MODTANK																
107	Rabu. 9-3-22	P-8		1263						28.9			0.000			0.010			Arman	
108	Dab/ 8-3-22	D20-03		10.984	10.981	-3				28.4	28.0	0.4								
109	Sabtu 15-3-22	D-320-12		71.61	operasi		Berkeselamatan			33.9			0							
110	Senin 14. 3.22	D-320-02A		1.184	1182	-2				55.6	55.7	0.1	0			0			Aldy	
111	Senin 14. 3.22	D-320-02B		10.463	10462	-1				83.7	83.9	0.2	0			0				
112																				

NOTE :





Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Februari - Maret 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Kamis, 10.2.22	T-01A	DHP	6538	6535	-3	-			6434	6424	-10				J. Buden	[Signature]
2	Kamis, 10.2.22	T-01B		5731	5929	-2				1127	1122	-5					

NOTE :

PT.CS

[Signature]

M. Harli

DHP

[Signature]

MA-2

[Signature]

W. H. S.



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area OM, LAWE-LAWE, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Bulan : Februari - Maret

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu 16-3-2022	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	0						-			-			-				
2	Rabu 16-3-2022	TK-101-T1B		0776	9726	0														
3	Sen 14-3-2022	TK-101-T1C		17.539	17.539	0				31.5			0			0				
4	Sen 14-3-2022	TK-101-T1D		17.520	17.523	3				32.1			0.036			0.036				
5	Rabu 16-3-2022	TK-101-T1E		12.700	12.700	0														
6	Sen 14-3-2022	TK-101-T1F		6914	6922	8				31.9			0.022			0.022				
7	Rabu 16-3-2022	TK-101-T1G		5915	5915	0														

NOTE :

PT.CS

Terminal Lawe

MA 4