

2025 年上海市第六人民医院医学装备管理委员会

第一次会议 会议纪要

会议时间：2025 年 5 月 21 日

会议地点：科研综合楼 722 会议室

会议主题：审议 2026 年一般医用专业设备财政预算申报方案、新优药械和示范项目入院方案、代理商变更申请、集采中选产品入院申请和

参会人员：医学装备管理委员会委员（详见签到表）

内容纪要

一、审 2026 年一般医用专业设备财政预算申报方案

1. 季智勇副处长汇报 2026 年一般医用专业设备财政预算申报方案

主要汇报内容：1）一般医用专业设备财政预算申报的政策依据、申报分类、时间安排、申报范围、注意事项、评审要求；2）申报方案制定的背景、申报原则、现有配置情况；3）提请委员会审核的申报方案。

编号	申请科室	设备名称	注册证名称	新增/更新	国别	类别 (治疗/诊断)	厂家/规格型号	总价(万)	安装地点	注册证号	重点学科信息	医院同类产品数量	是否新优药械
1	急诊医学科	DSA+CT	医用血管造影X射线机+X线计算机断层扫描系统	新增	国产	诊断	联影uAngio AVIVA CX 联影uCT830	1750	急诊复合抢救中心	国械注准 20243060266+ 国械注准 20243061868	国家临床重点专科	1	否
2	骨科（临港院区）	骨科手术导航定位系统	骨科手术导航定位系统+移动式C形臂X射线机	新增	国产	治疗	键嘉医疗/YOZX	1000	临港院区手术室	国械注准 20243011721+ 国械注准 20243062360	国家临床重点专科	0	否
3	放射科	MR	磁共振成像系统	更新 (13年)	国产	诊断	联影uMR870pro	1300	临港院区放射科	国械注准 20213060732	国家临床重点专科	临港3	否
4	超声医学科	光声成像超声诊断系统	超声诊断系统	新增	国产	诊断	迈瑞/Resona Y	500	超声医学科	国械注准 20243062383	国家临床重点专科	0	否
5	呼吸内科	冷冻治疗设备（经支气管）	冷冻治疗设备	新增	国产	治疗	导向医疗/AT-2020-G	250	呼吸内镜室	国械注准 20213010918	/	0	是
6	放射科	CT“实时可视化”经皮介入手术机器人	穿刺手术导航定位系统	新增	国产	诊断	联影智融/uInterv C550	600	放射科	国械注准 20253010707	国家临床重点专科	0	否

编号	申请科室	设备名称	注册证名称	新增/更新	国别	类别 (治疗/诊断)	厂家/规格型号	总价(万)	安装地点	注册证号	重点学科信息	医院同类产品数量	是否新优药械
7	核医学科	单光子发射及X射线计算机断层成像系统 (SPECT/CT)	单光子发射及X射线计算机断层成像系统	更新 (10年)	国产	诊断	北京通用电气华伦医疗/NM/CT 870DR	900	核医学科	国械注准 20213060312	国家临床重点专科	3	否
8	放射科	磁共振	磁共振成像系统	更新 (10年)	国产	诊断	联影 uMR870pro	1300	放射科	国械注准 20213060732	国家临床重点专科	徐汇11	否
9	放射科	CT	X线计算机断层摄影系统	更新 (9年)	国产	诊断	联影 uCT960+	1100	放射科	国械注准 20203060678	国家临床重点专科	徐汇12	是
10	重症医学科	呼吸机	呼吸机	新增	国产	治疗	迈瑞/SV900	120	ICU	国械注准 20173081297 (生效日期2022年)	/	0	否
11	麻醉科	高频叠加常频手术系统	高频喷射呼吸机	新增	进口 (奥地利)	治疗	卡尔莱纳/Twinstream	220	麻醉科	国械注进 20173085279 (生效日期2022年)	上海市卫生计生系统重要薄弱学科建设	0	否
合计								9040					

2. 医学装备管理委员会审议申报方案

医学装备管理委员会的委员就申报方案发表意见，开展讨论，经举手表决进行审议，24人同意上述一般医用专业设备申报方案，1人弃权，最终通过上述申报方案。

二、审议新优药械和示范项目入院方案

1. 姜瑞瑶处长汇报新优医疗器械和示范项目入院方案

主要汇报内容：1) 新优药械和示范项目入院的政策背景；2) 新优医疗器械和示范项目入院方案制定的原则和应用原则；3) 新优药械和示范项目的入院使用方案。

2. 医学装备管理委员会审议方案

经讨论，与会委员一致同意新优医疗器械和示范项目的入院方案；建议按法律法规和医院制度做好核价工作，保障方案的顺利实施；同时，对于创新型医疗器械，应加强风险防控和使用监督，尤其重视可独立收费的项目和不可收费耗材。

三、审议代理商变更、集采中选产品入院和新增设备配套耗材入院项目

1. 王龙辰副处长汇报审议代理商变更申请、集采中选产品入院申请项目和新增设备配套耗材入院方案

主要汇报内容：1) 代理商变更申请原因及清单；2) 集采中选产品入院申请

原因及清单；3）新增设备配套耗材入院品类和代码。

2. 医学装备管理委员会审议方案

经讨论，与会委员一致同意代理商变更、集采中选产品入院和新增设备配套耗材入院项目的方案。

会议结果

本次会议应到委员 33 人，实到委员 25 人，超过委员总数的三分之二，表决结果和形成的意见有效，按医学装备管理委员会要求，上报院长办公会和党委会审核。