

Job No.	Calibration
Test Description	Calibration
Test Date	30/09/2025
Valve Drawing No.	Calibration



Applied (mV)	-10000.0	-5000.0	0.0	5000.0	10000.0
Counts (avg)	-7812981	-3906245.0	5189.0	3906090.0	7813066.0
Converted (mV)	-10000.616	-4999.994	6.641	4999.795	10000.724
Abs Error (mV) - ± 1.0 mV	0.62	0.01	6.64	0.2	0.72

Coefficient	Value
S3	-1.91032771169199e-18
S2	4.70477234416011e-11
S1	1.00004963989068
S0	-2459.53808581637

3rd Party Stamp and Date

Operative: Jason Bradley