

Протокол контроля МХ рабочего ПР по контрольному ПР

Тип ПР HELIFLU TZ-N Заводской № 12376098 Место проведения КМХ: СИКН №452 ПСП «Ачинская» (СИКН, НГДУ, ПСП)	Тип контрольного ПР НТМ-10 Заводской № 123764097 Дата поверки 10.09.2022 Вязкость нефтепродукта при КМХ, мм ² /с (сСт): 1,6
---	---

1 Исходные данные

Точки расходов (м³/ч) или f/v (Гц/сСт) для ПР		Значения K _Q , контрольного ПР в точках расхода		Для рабочей жидкости		
Q ₁ , (f/v) ₁	Q ₂ , (f/v) ₂	K _{Q1} , имп/м³	K _{Q2} , имп/м³	ρ _t , кг/м³	β _ж , °C ⁻¹	γ _ж , МПа ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7
599,9	599,9	3600,0	3600,0	-	-	-

2. Результаты измерений и контроля

№ поддиапазона	№ измерения	Расход		ПР контрольный		ПР рабочий		K _{три}	N _{кij} , имп	N _{прj} , имп	K _{прj} , имп/м³	K _{прj} , имп/м³	K _{пррасчj} , имп/м³	δ _j , %
		Q _{ij} , м³/ч	f _{ij} , Гц(f/v _{ij} , Гц/сСт)	t _{kij} , °C	P _{kij} , МПа	t _{прj} , °C	P _{прj} , МПа							
1	1	599,9	600,0077	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999801	6215,0	6215,0	3600,7	3600,7	3600,0	0,020
	2	599,9	600,0079	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999801	6203,2	6203,2	3600,7			
	3	599,9	600,0081	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999800	6203,2	6203,2	3600,7			
2	1	599,9	600,0077	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999799	6215,0	6215,0	3600,7	3600,7	3600,0	0,020
	2	599,9	600,0077	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999799	6215,0	6215,0	3600,7			
	3	599,9	600,0078	11,2	0,48	11,1	0,58	0,999800	6215,5	6215,5	3600,7			

Примечание- при наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по контрольному ПР в «Исходных данных» колонки 5, 6, 7 не заполняют

3. Заключение: δ_{max} = +0,020%. ПР не годен и подлежит внеочередной поверке

Дата проведения КМХ: 11.09.2023 г.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации: _____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

От сдающей стороны: _____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

От принимающей стороны: _____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)