

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПЛОТНОМЕРУ

СИКН НПС №30	ПСП (НСП)
--------------	-----------

Условие контроля: $|\Delta_{рkj}| \leq \Delta_{пл} + \Delta_{мет}$ (для каждого измерения)

1 Исходные данные

№ пп	Данные	Рабочий ПП	Лабораторный плотномер
1	Тип, марка	DT01	
2	Заводской №	357701	
3	Дата последней поверки	02.03.2022	
4	Предел допускаемой абсолютной погрешности Δ , кг/м ³	0,30	
5	Систематическая погрешность метода определения плотности нефти лабораторным плотномером (обязательно со знаком «+» или «-») - из свидетельства о метрологической аттестации МИ плотности на данную СИКН, ($\Delta_{сист}$ кг/м ³)	0,00	
6	Погрешность метода определения плотности нефти лабораторным плотномером (без знака) - из свидетельства о метрологической аттестации МИ плотности на данную СИКН, ($\Delta_{мет}$ кг/м ³)	0,00	

2 Результаты измерений и контроля

№ измерения	Технологические параметры нефти в БИК			$\rho_{пл\ i}$, кг/м ³	Значения по лаборатории					$ \Delta_{рkj} $, кг/м ³
	Q_{i} , м ³ /ч	$t_{пл\ i}$, °C	$P_{пл\ i}$, МПа		$\rho_{изм\ i}$, кг/м ³	$t_{лаб\ i}$, °C	$\beta_{ж}$, °C ⁻¹	$\gamma_{ж}$, МПа ⁻¹	$\rho_{лпр\ i}$, кг/м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5,0	3,1	0,30	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

3. Заключение

Поточный ПП зав. № 357701 к дальнейшей эксплуатации

Дата проведения КМХ: 24.07.2024 г.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)