

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик рабочих, резервных СИ массового расхода по поверочным установкам

Тип СИ массового расхода <u>FT1</u> Заводской номер <u>1234</u> Пределы допускаемой относительной погрешности, % СИКН/СИКНП <u>17</u> ПСП <u>Юргамыш</u>	Тип ПУ - Заводской номер Пределы допускаемой относительной погрешности, % <u>0,000</u> Дата поверки
--	--

1 Исходные данные

Характеристики трубопоршневой установки								Характеристики поточного СИ плотности		Характеристики СОИ		СИ расхода	Характеристики компак-прувера ¹⁾	
Детекторы	Объем калиброванного участка $V_0, \text{м}^3$	Пределы допускаемой относительной погрешности $\delta_{\text{пу}}$, %	Внутренний диаметр калиброванного участка D, мм	Толщина стенок калиброванного участка S, мм	Модуль упругости материала стенок E, МПа	Коэффициент линейного расширения материала стенок калиброванного участка $\alpha_t, ^\circ\text{C}^{-1}$	Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразователей температуры $\Delta t_{\text{пу}}, ^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой приведенной погрешности $\delta_{\text{плп}}$, %	Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\Delta t_{\text{плп}}, ^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой относительной погрешности $\delta_{\text{к}}$, %	Коэффициент преобразования КF _{испр.} , имп./т	Стабильность нуля ZS, т/ч	Коэффициент линейного расширения материала стенок цилиндра $\alpha_{\text{к}}$, $1/^\circ\text{C}$	Коэффициент линейного расширения материала планки с детекторами $\alpha_{\text{д}}$, $1/^\circ\text{C}$
	5321.6000 00 9852.3000 00	0,000	0,00	0,00	0	0,0000000	0,000	0,000	0,200	0,025	0,000	0,000	-	-

¹⁾ Заполняется при применении компак-прувера.

2 Результаты измерений и вычислений

Номер поддиапазона m	Номер измерения n	Расход Q _г , т/ч	ПУ			БИК			СИ мас- сового расхода	Объем нефти/нефте- продуктов, измеренный ПУ, при рабочих условиях или приведен- ный к стандартным условиям ¹⁾ V _{прj} , м ³	Плотность нефти/ нефтепродуктов, при рабочих условиях или приведенный к стандартным услови- ям ¹⁾ ρ _{прj} , кг/м ³	Масса нефти/нефтепро- дуктов, измеренная ПУ M _{измj} , т	Масса нефти/нефте- продуктов, измеренная СИ массового расхода M _{прj} , т	Относительное откло- нение δ _j , %
			Время T _{измj} , с	Температура t _{измj} ¹⁾ , °C	Давление P _{измj} ¹⁾ , МПа	Плотность нефти/ нефтепродук- тов ρ _{нп} , кг/м ³	Температура нефти/ нефтепродук- тов t _{нп} ¹⁾ , °C	Давление нефти/ нефтепродук- тов P _{нп} ¹⁾ , МПа						

¹⁾ Указывают значения, приведенные к 15 °C или 20 °C.

Расчеты проведены в соответствии с

наименование документа, в соответствии с которым проведены расчеты

3 Заключение

Максимальное относительное отклонение ¹⁾ δ = «+» или «-» - %.

СИ массового расхода не годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 21.08.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От _____ :
организация, проводящая техническое обслуживание СИКН/СИКНП

_____ :
должность И.О. Фамилия подпись
От _____ :
организация, эксплуатирующая СИКН/СИКНП

_____ :
должность И.О. Фамилия подпись
От _____ :
принимаящая/сдающая сторона

_____ :
должность И.О. Фамилия подпись

¹⁾ Приводят значение максимальной допускаемой относительной погрешности, округленное до двух знаков после запятой в большую сторону.