

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик рабочих, резервных поточных СИ плотности по переносным эталонам единицы плотности (пикнометрам)

СИКН № 1225	ПСП (НСП) ПСП
-------------	---------------

1 Исходные данные

Данные	Значения	
	Пикнометр 1	Пикнометр 2
1 Комплект переносного эталона единицы плотности		
1.1 Напорный пикнометр		
1.1.1 Тип, марка		
1.1.2 Заводской номер		
1.1.3 Дата поверки		
1.1.4 Масса пикнометра, г		
1.1.5 Абсолютная погрешность определения массы пикнометра, г		
1.1.6 Вместимость пикнометра, см³		
1.1.7 Абсолютная погрешность определения вместимости пикнометра, см³		
1.1.8 Коэффициент изменения вместимости пикнометра от давления, МПа (см³/бар)		
1.1.9 Коэффициент изменения вместимости пикнометра от температуры, см³/°C		
1.1.10 Температура при поверке пикнометра, °C		
1.1.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, кг/м³		
1.2 Весы электронные		
1.2.1 Тип, марка		
1.2.2 Заводской номер		
1.2.3 Дата поверки		
1.2.4 Пределы измерений, г		
1.2.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, г		
1.3 СИ температуры		
1.3.1 Тип, марка		
1.3.2 Заводской номер		
1.3.3 Дата поверки		
1.3.4 Пределы измерений, °C		
1.3.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C		
1.4 СИ давления		
1.4.1 Тип, марка		
1.4.2 Заводской номер		
1.4.3 Дата поверки		
1.4.4 Пределы измерений, МПа (бар)		
1.4.5 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %		
1.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности пикнометрической установки, кг/м³		0
2 Рабочий/резервный поточный СИ плотности		
2.1 Тип, марка		Solatron
2.2 Заводской номер		359102
2.3 Дата поверки		01.01.2024
2.4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, кг/м³		0,3
3 Параметры окружающей среды		
3.1 Температура, °C		10
3.2 Давление, кПа (мм рт.ст.)		10 (10)
3.3 Относительная влажность воздуха, %		10

2 Результаты измерений и контроля

Показатели нефти на рабочем/резервном поточном СИ плотности				Показатели нефти на переносном эталоне единицы плотности							Плотность, приведенная к условиям измерений рабочим/резервным поточным СИ плотности, $\rho_{пл.эт}$, кг/м ³
Расход Q , м ³ /ч	Температура t , °C	Давление $P_{пл}$, МПа	Плотность $\rho_{пл}$, кг/м ³	Пикнометр	Масса порожнего $W_{п.}$, г	Масса заполненного $W_{з.}$, г	Температура $t_{лик}$, °C	Давление $P_{лик}$, МПа	Средняя плотность $\rho_{плр}$, кг/м ³	Плотность, приведенная к условиям измерений рабочим/резервным поточным СИ плотности, $\rho_{пл.эт}$, кг/м ³	
-	1,2	2,80	-	1	-	-	0,0	0,00	-	-	-
				2	-	-	0,0	0,00			

Расчеты проведены в соответствии с

наименование документа, в соответствии с которым проведены расчеты

Условие КМХ: $|\rho_{пл} - \rho_{пл.эт}| \leq |\Delta_{пл}| + |\Delta_{пл.эт}|$

3 Заключение

Поточное СИ плотности не годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 07.08.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

Отtest:

организация, проводящая техническое обслуживание СИКН/СИКНП

должностьИ.О. Фамилияподпись

От:

организация, эксплуатирующая СИКН/СИКНП

должностьИ.О. Фамилияподпись

От:

принимающая/сдающая сторона

должностьИ.О. Фамилияподпись