

ПРОТОКОЛ №

поверки ЭПР с помощью ПУ по МИ 3266-2010

Место проведения поверки: Омская ЛПДС

ЭПР : Тип FE404

Зав. № 100104

ПУ : Тип -

Зав. №

ИВК: Тип ТН-01

Зав. № 23-040.012.1

Рабочая жидкость Нефть

Вязкость, мм²/с, -

Таблица 1 - Исходные данные

Детекторы	$V_{0,3}$ м ³	D, мм	S, мм	E, МПа	α_{t_1} 1/°C	α_{k1} 1/°C	α_{d_1} 1/°C
1	2	3	4	5	6	7	8

Окончание таблицы 1

$\Theta_{\Sigma 0}$, %	Θ_{V0} , %	$\Delta t_{пу}$ °C	$\Delta t_{ЭПР}$ °C	$\delta_{ИВК}$, %	Δv , мм ² /с
9	10	11	12	13	14

Таблица 2 - Результаты измерений и вычислений

№ точ / № изм	Q_{ji} , м ³ /ч	Детекторы	T_{ji} , °C	$t_{пуji}$, °C	$P_{пуji}$, МПа	$t_{дji}$, °C	$\rho_{ппji}$, кг/м ³	$t_{ппji}$, °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Окончание таблицы 2

№ точ / № изм	$P_{ппji}$, МПа	β_{ji} , 1/°C	v_{ij2} , мм ² /с	$t_{ЭПРji}$, °C	$P_{ЭПРji}$, МПа	f_{ji} , Гц	N_{ij} , имп	K_{ji} , имп/м ³
1	10	11	12	13	14	15	16	17

Таблица 3 - Результаты поверки в точках рабочего диапазона

№ точ.	Q_{ji} , м ³ /ч	f_{ji} , Гц	K_{ji} , имп/м ³	S_{ji} , %	n_{ji}	S_{0ji} , %	$t_{0,99j}$	ε_{ji} , %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 4 - Результаты поверки в рабочем диапазоне

$Q_{гип}$, м ³ /ч	$Q_{пзак}$, м ³ /ч	$V_{гип}$, мм ² /с	$V_{пзак}$, мм ² /с	S_0 , %	ε , %	Θ_A , %	Θ_i , %	Θ_{Σ} , %	δ , %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Закключение: ЭПР к дальнейшей эксплуатации

(годен, не годен)

Подпись лица, проводившего поверку

_____/

подпись

И. О. Фамилия

Дата проведения поверки: 30.08.2023 г.