

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик посредством сравнения коэффициентов преобразования при измерениях расхода рабочими, резервными средствами измерений объемного расхода и контрольно-резервными средствами измерений, эталонами единицы объемного расхода

Тип СИ объемного расхода <u>НТМ12</u> Заводской номер <u>334455</u> Пределы допускаемой относительной погрешности, % <u>0,00</u> СИКН/СИКНП <u>125</u> ПСП <u>ПСП</u>	Тип контрольного СИ объемного расхода <u>НТМ12</u> Заводской номер <u>112233</u> Пределы допускаемой относительной погрешности, % <u>0,00</u> Дата поверки <u>05.06.2024</u> Вязкость нефти/нефтепродуктов при КМХ, мм ² /с (сСт) <u>6,17</u>
---	--

1 Исходные данные

Расход Q, м ³ /ч или f/v, Гц/мм ² /с для СИ расхода			Коэффициент преобразования контрольно-резервного СИ объемного расхода/эталона единицы объемного расхода в точках расходов K _{Qi} , имп./м ³			Для рабочей жидкости ¹⁾		
Q ₁ / f / v ₁	Q ₂ / f / v ₂	Q ₃ / f / v ₃	K _{Q1}	K _{Q2}	K _{Q3}	Плотность ρ, кг/м ³	Коэффициент объемного расширения β _{15/β₂₀} , °C ⁻¹	Коэффициент сжимаемости γ _{15/γ₂₀} , МПа ⁻¹
674,7	674,7	674,7	3600,00	3600,00	3600,00	-	-	-

¹⁾ При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по контрольно-резервным СИ, эталонам единицы объема графу не заполняют.

2 Результаты измерений и вычислений

Номер поддиапазона	Номер измерений	Расход Q, м ³ /ч	Частота f _{ij} , Гц или f/v, Гц/мм ² /с (сСт)	Контрольно-резервное СИ объемного расхода/ эталон единицы объемного расхода		Рабочее/резервное СИ объемного расхода		Коэффициент k _{ij} ^{IP}	Количество импульсов контрольно-резервного СИ объемного расхода/эталона единицы объемного расхода N _{конij} , имп.	Количество импульсов рабочего/резервного СИ объемного расхода N _{прj} , имп.	Коэффициент преобразования рабочего/резервного СИ объемного расхода K _{прj} ³ , имп./м ³	Усредненный коэффициент преобразования рабочего/резервного СИ объемного расхода K _{прj} , имп./м ³	Коэффициент преобразования в СОИ K _{пр.расч} , имп./м ³	Относительное отклонение δ _i , %
				Температура t _{конij} , °C	Давление P _{конij} , МПа	Температура t _{прj} , °C	Давление P _{прj} , МПа							
1	5	674,7	701,01	51,3	1,11	0,8	0,04	0,963	210,062	210,062	3740,22	3740,22	3600,00	3,895
2	7	674,7	701,01	51,3	1,11	0,8	0,04	0,963	210,111	210,111	3740,22	3740,22	3600,00	3,895
3	6	674,7	701,00	51,3	1,11	0,8	0,04	0,963	210,108	210,105	3740,18	3740,18	3600,00	3,894

Расчеты проведены в соответствии с

наименование документа, в соответствии с которым проведены расчеты

3 Заключение

Максимальное относительное отклонение¹⁾ $\delta = \langle + \rangle$ или $\langle - \rangle$ 3,895 %.

СИ объемного расхода годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 29.08.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От _____
организация, проводящая техническое обслуживание СИКН/СИКНП

От _____
организация, эксплуатирующая СИКН/СИКНП

От _____
принимаящая/сдающая сторона

¹⁾ Приводят значение максимального относительного отклонения, округленное до двух знаков после запятой в большую сторону.