

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик рабочих, резервных поточных СИ плотности по поточным эталонам единицы плотности, рабочих поточных СИ плотности по резервным поточным СИ плотности

СИКН№ <u>ОСИКН №425</u>	ПСП(НСП):
-------------------------	-----------

1 Исходные данные

Данные	Рабочее/резервное поточное СИ плотности	Поточный эталон единицы плотности/резервное поточное СИ плотности
Тип, марка	7835	
Заводской номер	357701	
Дата последней поверки	02.03.2022	
Дата последней промывки (чистки) поточного СИ плотности, установленного в БИК стационарно	-	10.07.2024
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, кг/м ³	0,3	0,3

2 Результаты измерений и контроля

Номер измерений i	Показатели нефти/нефтепродуктов в БИК			Плотность нефти/нефтепродуктов, измеренная при i-м измерении, кг/м ³		$ \rho_{плі} - \rho_{эті} $, кг/м ³
	Расход Q _i , м ³ /ч	Температу- ра t _i , °C	Давление P _i , МПа	рабочим/резервным поточными СИ ρ _{плі} или поточным эталоном еди- ницы плотности/резерв- ным поточным СИ ρ _{эті}	поточным эталоном единицы плотности/ резервным поточ- ным СИ ρ _{эті}	
1	5,0	-41,8	0,53	733,4	-	733,4

Расчеты проведены в соответствии с Р 50.2.075
наименование документа, в соответствии с которым проведены расчеты

Условие КМХ: $|\rho_{плі} - \rho_{эті}| \leq |\Delta_{пл}| + |\Delta_{эт}|$

3 Заключение

Поточное СИ плотности годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 11.07.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От	АО "ТНАМ": организация, проводящая техническое обслуживание СИКН/СИКНП		
	инженер	Иванов А.А.	
	должность	И.О. Фамилия	подпись
От	АО "Транснефть-Урал": организация, эксплуатирующая СИКН/СИКНП		
	оператор товарный	Сергеев С.А.	
	должность	И.О. Фамилия	подпись
От	ООО "Газпром нефтехим Салават": принимающая/сдающая сторона		
	оператор товарный	Степанов В.С.	
	должность	И.О. Фамилия	подпись