

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО АРЕОМЕТРУ

СИКН № 722	ПСП (НСП) Омская ЛПДС
------------	-----------------------

Условие контроля: $|\Delta_{\rho_{ki}}| \leq \Delta_{пл} + \Delta_{мет}$ (для каждого измерения)

1 Исходные данные

№ пп	Данные	Рабочий ПП	Ареометр
1	Тип, марка	Solartron 7835	
2	Заводской №	359105	
3	Дата последней поверки	04.05.2023	
4	Предел допускаемой абсолютной погрешности Δ , кг/м ³	0,3	
5	Систематическая погрешность метода определения плотности нефтепродукта ареометром (обязательно со знаком «+» или «-») - из свидетельства о метрологической аттестации МИ плотности на данную СИКН, ($\Delta_{сист}$, кг/м ³)	+0,30	
6	Погрешность метода определения плотности нефтепродукта ареометром (без знака) - из свидетельства о метрологической аттестации МИ плотности на данную СИКН, ($\Delta_{мет}$, кг/м ³)	0,18	

2 Результаты измерений и контроля

№ измерения	Технологические параметры нефтепродукта в БИК			$\rho_{пл\ i}$, кг/м ³	Значения по лаборатории					$ \Delta_{\rho_{ki}} $, кг/м ³
	$Q_{i\ i}$, м ³ /ч	$t_{пл\ i}$, °C	$P_{пл\ i}$, МПа		$\rho_{изм\ i}$, кг/м ³	$t_{лаб\ i}$, °C	$\beta_{ж}$, °C ⁻¹	$\gamma_{ж}$, МПа ⁻¹	$\rho_{лпр\ i}$, кг/м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,0	1,3	0,10	1062,7	1060,0	15,0	0,000546	0,000456	1066,7	4,0
					1058,0	15,0	0,000549	0,000457		
2	2,0	1,3	0,10	1062,5	1060,0	15,0	0,000546	0,000456	1066,7	4,2
					1058,0	15,0	0,000549	0,000457		
3	2,0	1,3	0,10	1062,0	1060,0	15,0	0,000546	0,000456	1066,7	4,7
					1058,0	15,0	0,000549	0,000457		

3. Заключение

Поточный ПП зав. № 359105 к дальнейшей эксплуатации

Дата проведения КМХ: 29.08.2023 г.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации: _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

От сдающей стороны: _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

От принимающей стороны: _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)