

Отчет за два часа
За период с 19.09.2023 02:00 до 19.09.2023 04:00

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	Ед. изм.	ИЛ №1	ИЛ №2	ИЛ №3	СИКН
1	Массовый расход	т/ч	426,6	426,7	426,4	1279,7
2	Объемный расход	м³/ч	600,0	600,0	600,0	1800,0
3	Объем	м³	1200	1200	1200	3600
4	Объем при 20 °С	м³	1212	1212	1212	3636
5	Объем при 15 °С	м³	1204	1205	1204	3613
6	Масса	т	854	853	853	2560
7	Средневзвешенное значение температуры	°С	15,0	14,8	15,0	14,9
8	Средневзвешенное значение давления	МПа	2,84	3,01	2,65	2,83
9	Средневзвешенное значение плотности	кг/м³	710,9	711,2	710,7	710,9
10	Объем на начало отчета	м³	175101	175100	175099	525300
11	Объем на конец отчета	м³	176301	176300	176299	528900
12	Объем при 15 °С на начало отчета	м³	164173	174003	174006	512182
13	Объем при 15 °С на конец отчета	м³	165377	175208	175210	515795
14	Объем при 20 °С на начало отчета	м³	165186	175077	175079	515342
15	Объем при 20 °С на конец отчета	м³	166398	176289	176291	518978
16	Масса на начало отчета	т	116273	123236	123237	362746
17	Масса на конец отчета	т	117127	124089	124090	365306

БМК	ПЛОТНОСТЬ, кг/м³	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°С, кг/м³	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С, кг/м³	ДИНАМ. ВЯЗКОСТЬ, мПа·с (сП)	КИНЕМ. ВЯЗКОСТЬ, мм²/с (сСт)	РАСХОД, м³/ч	ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %
	717,5	708,3	703,9	20,9	29,1	12,6	0,04
	МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %	МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %	ТЕМПЕР. ПЛОТНОМЕРА, °С	ДАВЛЕНИЕ ПЛОТНОМЕРА, МПа			
	0,06	1,33	5,6	1,36			

Оператор товарный сдающей стороны:

подпись

(И.О. Фамилия)

Оператор товарный принимающей стороны:

подпись

(И.О. Фамилия)