電子天秤検査成績書

製 造 者	(株)サンプル製作所
機 種 名	JL－１８０
器物番号	ABCDEF
秤　　量	１８０ｇ
読取限度	０.１ｍｇ
検査年月日	２０２X・Y・Z
検査場所	(株)サンプル検査所
環　　境	25.8℃、50%、1001.3hPa
使用基準器	B - 35
検査区分	ISO

総合判定	
合格	不合格

1．外観、機能検査

項　　目	判定
表記・記号	OK
表　　示	OK
水 準 器	OK
操作スイッチ	OK
設 置 台	OK
外 乱 等	無

6．内蔵分銅校正機能

	CAL後 SPAN値
1	180.0001g
2	-1
3	0
4	0
5	
6	

2．再現性

回数	大ﾚﾝｼﾞ at 100g				小ﾚﾝｼﾞ at			
	調整前		調整後		調整前		調整後	
	ゼロ点	フル点	ゼロ点	フル点	ゼロ点	フル点	ゼロ点	フル点
1	0.0000 g	100.0003g	0.0000 g	100.0000 g				
2	0	-1	0	0				
3	0	-1	0	0				
4	0	0	0	-1				
5	0	-1	0	-1				
6	0	0	0	0				

3．四隅(偏置)検査

	調整前 at 50g	調整後 at 50g
中心	50.0001 g	50.0001 g
左前(d)	-2	0
左後(d)	+4	0
右後(d)	+3	-1
右前(d)	-2	0
中心	0	0

4．直線性

秤量～約%	調整前(d)			調整後(d)		
	荷重量	増	減	荷重量	増	減
0	0	0	0	0	0	0
２５%	50g	+1	+1	50g	0	+1
５０%	100g	+2	+1	100g	0	0
７５%	150g	+3	+2	150g	+1	+1
１００%	180g	+4	↑	180g	+1	↑

5．感じ(1mg)

下限	合	否	省略
秤量	合	否	

検査者	

7．備考

内外清掃後四隅、真値、直線性、内蔵分銅値の
調整を行い、十分に通電した後検査しました。
調整前データは到着時 Y/Q のものです。