

RE-FLUYE

Abre. Conecta. Mide.

Cinco pasos para usar el equipo y entender su resultado.



ANTES DE EMPEZAR

Mide pH, turbidez, TDS y temperatura. **No detecta microbios ni certifica potabilidad.** No pruebes el agua. Si sospechas combustible o químicos, aléjate y busca otra fuente.

1

Revisa el equipo

Caja y conectores secos; sondas sin daño; calibración y alimentación confirmadas por el técnico. Si algo está mojado o roto, **no enciendas**.

2

Enciende y conecta

Usa la alimentación **etiquetada en tu unidad**. Abre la app: **Medir agua** → **Buscar equipos cercanos**. Acepta Bluetooth y elige ReFluye-V2. PIN de referencia: 1234. Sin equipo: modo DEMO.

3

Coloca las sondas

Sumerge **solo los extremos de medición**; no mojes caja ni módulos. Evita golpear el vidrio del pH. Mira los valores en vivo, sin esperar estabilidad. El análisis inicial será **preliminar**.

4

Cuenta lo que observas

Escribe la fuente, elige el uso y marca origen, olor y aspecto. Si no sabes, marca **No sé**. Nunca pruebes ni acerques la cara al agua sospechosa.

5

Lee y actúa

Toca **Ver qué puedo hacer con esta agua**. Lee la decisión y **QUÉ HACER AHORA**. El ICA de 0 a 100 no es potabilidad. Para beber o cocinar siempre hace falta desinfección.

Si hay olor raro, aceite o agua verde: no intentes volverla utilizable solo hirviéndola. Busca otra fuente y pide orientación local.



DESCARGA LA APP 0.3.1

Escanea el QR y descarga la APK en **Assets**. Confirma que el sitio sea github.com/tomasmanuelgp/CampusMind. Android 7.0+; Bluetooth Classic SPP para medir.

Cuida cada componente

PH · VIDRIO

Enjuaga el extremo con agua destilada/desionizada. Mantén seco el BNC. Guarda con tapa y solución del modelo; no frotes ni dejes secar el bulbo.

TURBIDEZ · ÓPTICO

Enjuaga y limpia suavemente la ventana sin rayarla. Revisa el cable. Mantén seco el adaptador de señal.

TDS · ELECTRODOS

Enjuaga y retira residuos. Si la sonda es SEN0244, no midas a 55 °C o más; su rango declarado es 0–1000 ppm.

TEMPERATURA

Enjuaga solo la punta sellada. Revisa el sello del cable. -127 significa que el sensor no respondió.

CAJA · ELECTRÓNICA

Apaga y seca el exterior; guarda a salvo de salpicaduras. Nunca sumerjas ESP32, PCB, LCD, conectores ni módulos.

SI ALGO FALLA

Sin datos: revisa energía, Bluetooth y permisos. **Lectura no confiable:** solicita revisión de calibración; no inventes fechas. **LCD vacío o -127:** pide inspección de la unidad. El equipo aún requiere pruebas físicas.

COMPLETAR ANTES DE ENTREGAR ESTA UNIDAD

Serie / alimentación:

Sondas / calibración:

Vigente hasta / soporte:

Referencias técnicas: DFRobot SEN0161, SEN0189 y SEN0244; Analog Devices DS18B20; CDC agua en emergencias. Detalles, enlaces y límites por modelo en el manual del repositorio. Prototipo: confirma piezas y alimentación reales.