Calibration.vi

Calib Prog

Mode: Show Setup

Calib file: iBook_G4_HD:Users:paul_local:Documents:LabVIEW_data:Examples:Calib_Files:HotWire_Calib.txt

n: 0.45

Find best n

Calib const

n	0.655000
A	-5.117176
B	9.347658
Av % err	0.063069





Pitot Vel

HW Voltage

Samples /ch: 600

Sampling Rate /ch (Hz): 100.00

HW Volt	3.787	4.688	5.327	5.879	6.349	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Pitot Vel	3.063	5.075	7.024	9.084	11.179	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selector													