Calibration.vi

Calib Prog

Mode: Show Setup

Calib file: iBook_G4_HD:Users:paul_local:Documents:LabVIEW_data:Examples:Calib_Files:XW_Calib.txt

n: 0.45 Find best n



Calib const

n1	0.635000
A1	-6.187430
B1	10.024619
Av % err1	0.129032
n2	0.625000
A2	-5.382556
B2	9.516991
Av % err2	0.132940
psi1	0.000000000
psi2	0.000000000



Pitot Vel
XW1 Voltage
XW2 Voltage

Samples /ch: 600

Sampling Rate /ch (Hz): 100.00

XW1 Volt	3.746	4.653	5.286	5.837	6.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
XW2 Volt	3.688	4.540	5.138	5.657	6.112	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Pitot Vel	3.018	4.997	6.874	8.944	11.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selector													