

Mode Take a New Calibration Point



Calib file



iBook\_G4\_HD :Users :paul\_local :Documents :LabVIEW\_data :  
Examples :Calib\_Files :HotWire\_Calib.txt

Calib const

n	0.660000
A	-4.912769
B	9.199739
Av % err	0.074238


n 0.45

Find best n



Pitot Vel

HW Voltage



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

HW Volt

3.787

4.688

5.327

5.879

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

3.063

5.075

7.024

9.084

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector