

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL4220600785-1

Trang/ Page No: 1/1

- Tên khách hàng/ Client's Name : **CÔNG TY TNHH SX-TM-DV MISO**
- Địa chỉ/ Client's Address : **20A Đường 14A, Khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : **11/06/2022**
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of : **11/06/2022**
Performance of Test
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : **15/06/2022**
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : **CHAI LỘ THỦY TINH**
- Mô tả mẫu/ Sample Description : **Mẫu thành phẩm**
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	LS Thô nhiễm chì (Pb) / Lead contamination (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.01	QCVN 12-4:2015/BYT
2	LS Thô nhiễm cadimi (Cd) / Cadmium contamination (Cd)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.01	QCVN 12-4:2015/BYT

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.
- LS,LH,LC: Ký hiệu mã chi nhánh/ Branch code: LS – CN HCM, LH – CN Hà Nội, LC – CN Cà Mau.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL4220600785-2

Trang/ Page No: 1/1

- Tên khách hàng/ Client's Name : **CÔNG TY TNHH SX-TM-DV MISO**
- Địa chỉ/ Client's Address : **20A Đường 14A, Khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : **11/06/2022**
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of : **11/06/2022**
Performance of Test
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : **15/06/2022**
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : **CHAI LỘ THỦY TINH**
- Mô tả mẫu/ Sample Description : **Mẫu thành phẩm**
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	LS Thôi nhiễm chì (Pb) / Lead contamination (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.01	QCVN 12-4:2015/BYT
2	LS Thôi nhiễm cadimi (Cd) / Cadmium contamination (Cd)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.01	QCVN 12-4:2015/BYT

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**) : Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.
- LS,LH,LC: Ký hiệu mã chi nhánh/ Branch code: LS – CN HCM, LH – CN Hà Nội, LC – CN Cà Mau.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04