



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
DINAS PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
JaLan Panglima Batur Banjarbaru, Kode Pos 70711
Telp.(0511)4772237 Fax.(0511)4772237

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE
SERI NOMOR : 1/BPSMB/VII/2019

No.Order	: NA.1
Halaman	: 1 dari 2
Page	:

IDENTITAS ALAT

<u>NAMA</u>	: jangka sorong
<u>MERK PABRIK</u>	: -
<u>TYPE/ NOMOR SERI</u>	: -

<u>Lain-lain</u>	: Kapasitas:-
	Identitas:-

IDENTITAS PEMILIK

<u>NAMA</u>	: CV. Dua Sahabat
<u>ALAMAT</u>	: Banjarbaru

Mengetahui

Diterbitkan Tanggal, 27 July 2019

Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Deputi Manager Teknik

Drs.Anang Aliansyah

R.O.Suhariato, ST

NIP.19580726 198403 1 007

NIP.19761027 200604 1 003

Seri : 1/BPSMB/VII/2019
No.Order : NA.1
Halaman :2 dari 2

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nama Alat : jangka sorong
Merk : -
No. Seri : -
Lain-lain / Kapasitas : 0 s/d 50 C
Tempat Kalibrasi : Kantor BPSMB Prov.Kalsel
Tanggal Kalibrasi : 2019-07-21

Suhu : 25 +- 1 C
Kelembaban : 49 +- 4%

Thermometer			
Alat (°C)	Standard (°C)	k	U95 (°C)
25.1	22.3	32.5	5
43.1	22.4	32.8	8
43.7	54.6	43.8	9

Catatan: Alat Tersebut di Kalibrasi Dengan Standard : Thermometer Fluke
Prosedur : 1k-KAL-25

Petugas Kalibrasi: R.O Suharianto ,ST

-
- Hasil Kalibrasi Hanya Berdasarkan Pada alat yang dikalibrasi
 - Dilarang Mengutip/memperbanyak atau mempublikasikan sertifikat tanpa seijin BPSMB
 - Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap BPSMB
 - Hasil kalibrasi yang dilaporkan tertelusur kesatuan pengukuran SI melalui PPM-LIPI