

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 02.02.2026

Ausstellungsdatum: 02.02.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**BBF Sterilisationsservice GmbH
Willy-Rüsch-Straße 10/1, 71394 Kernen im Remstal**

mit dem Standort

**BBF Sterilisationsservice GmbH
Prüflabor
Willy-Rüsch-Straße 10/1, 71394 Kernen im Remstal**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Biologische und mikrobiologisch-hygienische Prüfungen von Medizinprodukten sowie physikalische Prüfungen von Sterilbarriere- und Verpackungssystemen; Umgebungsüberwachung

außerhalb einer Anerkennung nach § 18 Medizinprodukte-Durchführungsgesetz.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-02

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Biologische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung auf Zytotoxizität - Zellproliferationstest bei Kontakt mit Extrakten	SOP AA M 0022 (DIN EN ISO 10993-5) Mitgeltend: DIN EN ISO 10993-1 DIN EN ISO 10993-12
Mikrobiologisch- hygienische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung auf Sterilität - Membranfiltration - Direktbeschickung	DIN EN ISO 11737-2 Ph. Eur. 2.6.1 SOP AA M 0007
		Prüfungen im Rahmen der Validierung der Strahlen- Sterilisation - Leistungsqualifikation	DIN EN ISO 11137-1 DIN EN ISO 11137-2 DIN EN ISO 13004 SOP AA M 0050
		Festlegung und Überprüfung der Strahlendosis bei der Strahlen-Sterilisation	DIN EN ISO 11137-2 SOP AA M 0050
		Prüfungen im Rahmen der Validierung der chemischen Sterilisation	DIN EN ISO 14160
		Prüfungen im Rahmen der aseptischen Herstellung	DIN EN ISO 13408-1

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Physikalische Prüfungen	Sterilbarriere- und Verpackungssysteme	Prüfung zum Nachweis der Übereinstimmung - Beschleunigte Alterung - Siegelnahtfestigkeit - Berstfestigkeit - Unversehrtheit des Sterilbarrieresystems	DIN EN ISO 11607-1 ASTM F 1980 SOP AA M 0035 DIN EN 868-5 (Anhang D) ASTM F 88 / F 88 M SOP AA M 0038 ASTM F 1140 / F 1140 M ASTM F 2054 / F 2054 M SOP AA M 0048 ASTM F 1929 ASTM F 1886 / F 1886 M ASTM F 2096 ASTM F 3039 DIN EN 868-5 (Anhang E) SOP AA M 0036 SOP AA M 0039 SOP AA M 0069 Mitgeltend: ASTM E 171/E 171M
Umgebungsüberwachung in der Herstellung und Prüfung der Sauberkeit der Produkte gemäß DIN EN ISO 13485 : 2021², Abs. 6.4 und Abs. 7.5			
Mikrobiologisch- hygienische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung auf Bakterien- Endotoxine - LAL-Test - Rekombinanter Faktor C Test	ISO 11737-3 Ph. Eur. 2.6.14 SOP AA M 0018 A ANSI/AAMI ST 72 Ph. Eur. 2.6.32 SOP AA M 0063 SOP AA M 0064

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Umgebungsüberwachung in der Herstellung und Prüfung der Sauberkeit der Produkte gemäß DIN EN ISO 13485 : 2021², Abs. 6.4 und Abs. 7.5			
Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen		Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf einem Produkt (Keimzahlbestimmung) - Membranfiltermethode - Plattengussverfahren - MPN-Verfahren - Ausspatelmethode	DIN EN ISO 11737-1 Ph. Eur. 2.6.12 SOP AA M 0083 SOP AA M 0005 SOP AA M 0011 SOP AA M 0011 SOP AA M 0011 Mitgeltend: DIN EN ISO 11137-1
		Nachweis spezifizierter Mikroorganismen	Ph. Eur. 2.6.13 SOP AA M 0047 SOP AA M 0084
	Luft	Bestimmung der Luftkeimzahl	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN ISO 14644-2 DIN EN 17141 SOP AA M 0002 SOP AA M 0030
	Oberflächen	Oberflächen-Abdrücke (Rodac-Platten)	DIN EN 17141 SOP AA M 0002
Physikalische Prüfungen	Reinraumtechnik	Bestimmung der Partikelzahl	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN ISO 14644-2 SOP AA M 0067

Quellenverzeichnis Regelwerke/Prüfverfahren:

DIN EN 868-5 : 2019-03

Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte – Teil 5: Siegelfähige Klarsichtbeutel und –schläuche aus porösen Materialien und Kunststoff-Verbundfolie – Anforderungen und Prüfverfahren

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-02

DIN EN ISO 10993-1 : 2021-05	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten, Teil 1: Beurteilung und Prüfung im Rahmen eines Risikomanagementsystems
DIN EN ISO 10993-5 : 2009-10	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten; Teil 5: Prüfungen auf <i>in vitro</i> -Zytotoxizität
DIN EN ISO 10993-12 : 2021-08	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien
DIN EN ISO 11137-1 : 2020-04	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Strahlen – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte
DIN EN ISO 11137-2 : 2023-08	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen - Teil 2: Festlegung der Sterilisationsdosis
DIN EN ISO 11607-1 : 2020-05 / A11:2022-08	Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme
DIN EN ISO 11737-1 : 2021-10	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Mikrobiologische Verfahren – Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten
DIN EN ISO 11737-2 : 2020-07	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Mikrobiologische Verfahren -Teil 2: Prüfung der Sterilität bei der Definition, Validierung und Aufrechterhaltung eines Sterilisationsverfahrens
ISO 11737-3:2023-06	Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 3: Bacterial endotoxin testing
DIN EN ISO 13004:2023-10	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen - Bestätigung der gewählten Sterilisationsdosis: Methode VD_{maxSD} (ISO 13004:2022)
DIN EN ISO 13408-1:2015-12	Aseptische Herstellung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 14160:2021-11	Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Flüssige chemische Sterilisiermittel für Medizinprodukte für den einmaligen Gebrauch, bei denen menschliches Gewebe und deren Derivate verwendet werden - Anforderungen an die Charakterisierung, Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte
DIN EN ISO 14644-1 : 2016-06	Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration
DIN EN ISO 14644-2 : 2016-05	Reinraumräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 2: Überwachung zum Nachweis der Reinraumleistung bezüglich Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-02

DIN EN 17141 : 2021-02	Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Biokontaminationskontrolle
ANSI/AAMI ST72:2019	Bacterial endotoxins - Test methods, routine monitoring, and alternatives to batch testing
ASTM E171/E171M-11(R20)	Standard Practice for Conditioning and Testing Flexible Barrier Packaging (Reapproved 2020)
ASTM F88/F88M-21	Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
ASTM F1140/F1140M-13(R20E01)	Standard Test Methods for Internal Pressurization Failure Resistance of Unrestrained Packages (Reapproved 2020-editorial changes)
ASTM F1886/F1886M-16	Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by Visual Inspection
ASTM F1929-15	Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration
ASTM F1980-21	Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Medical Device Packages
ASTM F2054/F2054M-13(R20)	Standard Test Method for Burst Testing of Flexible Package Seals Using Internal Air Pressurization Within Restraining Plates (Reapproved 2020)
ASTM F 2096-11(R19)	Standard Test Method for Detecting Gross Leaks in Medical Packaging by Internal Pressurization (Bubble Test) (Reapproved 2019)
ASTM F 3039-15	Standard Test Method for Detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible Barrier Materials by Dye Penetration
Ph. Eur. 10.0, 2.6.1	Prüfung auf Sterilität
Ph. Eur. 10.3, 2.6.12	Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Bestimmung der vermehrungsfähigen Mikroorganismen
Ph. Eur. 10.3, 2.6.13	Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Nachweis spezifizierter Mikroorganismen
Ph. Eur. 10.0, 2.6.14	Prüfung auf Bakterien-Endotoxine
Ph. Eur. 10.3, 2.6.32	Prüfung auf Bakterien-Endotoxine unter Verwendung des rekombinanten Faktors C
SOP AA M 0002_07.07.2022	Hygienemonitoring / Biokontaminationskontrolle
SOP AA M 0005_20.09.2022	Bestimmung der Gesamtkeimzahl mittels Membranfiltration
SOP AA M 0007_20.12.2021	Prüfung der Sterilität (ISO-Methode)
SOP AA M 0011_14.11.2022	Gesamtkeimzahlbestimmung und Nachweis spezifizierter Mikroorganismen

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18204-01-02

SOP AA M 0018 A_09.03.2023	LAL-Test: Gelbildungsmethode als Grenzwertprüfung (Routinetestung bei Medizinprodukten) und quantitative Bestimmung
SOP AA M 0022_27.06.2022	Durchführung Zytotoxizitätstest
SOP AA M 0030_07.07.2022	Durchführung von aktiven Luftkeimzahlbestimmungen mittels MAS-100 NT
SOP AA M 0035_25.05.2022	Kompatibilität mit dem Sterilisationsprozess, Echtzeitalterung und Alterungssimulation
SOP AA M 0036_09.03.2021	Visuelle Integritätsprüfung und Peelbarkeitsprüfung von Siegelnähten
SOP AA M 0038_09.03.2021	Prüfung der Siegelfestigkeit mit der Material-Prüfmaschine (Zwick/Roell)
SOP AA M 0039_06.04.2023	Dichtheitsprüfung an Siegelnähten und Oberflächen
SOP AA M 0047_06.04.2023	Identifizierung von Bakterien, Hefen und Pilzen
SOP AA M 0048_09.03.2021	Berstdruckprüfung an Sterilbarrieresystemen
SOP AA M 0050_10.03.2022	Validierung der Strahlensterilisation inkl. Dose Audits
SOP AA M 0063_22.11.2022	Prüfung auf Bakterien-Endotoxine: Recombinant factor C Assay (EndoLISA)
SOP AA M 0064_22.11.2022	Prüfung auf Bakterien-Endotoxine: Recombinant factor C Assay (EndoZyme)
SOP AA M 0067_15.09.2021	Durchführung von Luftpartikelmessungen
SOP AA M 0069_23.03.2023	Nachweis von Packmittellecks mittels Bubble Test
SOP AA M 0083 08.01.2024	Bestimmung der vermehrungsfähigen Mikroorganismen Ph. Eur. 2.6.12
SOP AA M 0084 08.02.2024	Nachweis spezifischer Mikroorganismen Ph. Eur. 2.6.13

Abkürzungen

AA	Arbeitsanweisung
AAMI	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society for Testing and Materials
DIN	Deutsches Institut für Normung
E	Editorial change
EN	Europäische Norm
ISO	International Organization for Standardization
M	Mikrobiologie
Ph. Eur.	European Pharmacopoeia
R	Reapproved
SOP	Arbeitsanweisung der BBF Sterilisationsservice GmbH (Antragsteller)