



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.06611

Серия KG № 0179330

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»
Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.
Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова, 19, офис 302
Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-sertificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ-МЕТРОЛОГИЯ-ЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 450104, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Уфимское Шоссе, дом 13А. Адрес места
осуществления деятельности: 450076, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Чернышевского, дом 82, Бизнес-центр
"Капитал", корпус 6, офис 614, основной государственный регистрационный номер: 1080276003433.
Телефон: +7 (347) 286-53-50. Адрес электронной почты: info@ame-info.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ-МЕТРОЛОГИЯ-ЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 450104, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Уфимское Шоссе, дом 13А,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450056, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский
муниципальный район, Сельское поселение Зубовский сельсовет, территория Станция Уршак, улица Аграрная, здание 12/1.

ПРОДУКЦИЯ Счетчики-расходомеры массовые Mass-EXPERT, (моделей согласно приложению бланк №0140640).
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 26.51.52-016-88090790-2024 «Счетчики-расходомеры массовые
Mass-EXPERT».
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 9026 10 210 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС
012/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ИЛ-01/10-3 от 10.01.2025 года, выданного Испытательной
лабораторией филиала «Атырау» ТОО «Т-Стандарт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
KZ.T.06.2232

Акта анализа состояния производства № 241016-244112 от 16.12.2024, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043) эксперт, подписавший акт анализа состояния
производства - Крапоткин Дмитрий Александрович; документов: руководства по эксплуатации; комплекта чертежей, технических
условий, паспортов.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, назначенный срок хранения, назначенный срок службы в соответствии с
эксплуатационной документацией изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных
образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: № 241016-244112 от 22.11.2024. Сведения о
стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (см. бланк № 0140641).
Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия применения, а также иная информация, идентифицирующая продукцию,
указаны в Приложении (бланки №№0140641, 0140642).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.01.2025 ПО 26.01.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)

Намазов Элдик Уланович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KG № 0140640

Сведения о применяемых стандартах, назначения и область применения, основные технические данные, описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, маркировка

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
9026 10 210 0	Счетчики-расходомеры массовые Mass-EXPERT, моделей: Mass-EXPERT-U DN01, Mass-EXPERT-U DN02, Mass-EXPERT-U DN03, Mass-EXPERT-U DN04, Mass-EXPERT-U DN08, Mass-EXPERT-U DN15, Mass-EXPERT-U DN20, Mass-EXPERT-U DN25, Mass-EXPERT-U DN32, Mass-EXPERT-U DN40, Mass-EXPERT-U DN50, Mass-EXPERT-U DN65, Mass-EXPERT-U DN80, Mass-EXPERT-U DN100, Mass-EXPERT-U DN150, Mass-EXPERT-U DN200, Mass-EXPERT-U DN250, Mass-EXPERT-W DN08, Mass-EXPERT-W DN15, Mass-EXPERT-W DN25, Mass-EXPERT-W DN40, Mass-EXPERT-W DN50, Mass-EXPERT-W DN80, Mass-EXPERT-W DN100, Mass-EXPERT-L DN08, Mass-EXPERT-L DN15, Mass-EXPERT-L DN20, Mass-EXPERT-L DN25, Mass-EXPERT-L DN32, Mass-EXPERT-L DN40, Mass-EXPERT-L DN50

Руководитель органа

Эксперт



Рыжанкова Светлана Николаевна

Намазов Элдик Уланович

1. СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»

- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
- ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d";
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i".

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики-расходомеры массовые Mass-EXPERT (далее – счетчики-расходомеры) предназначены для измерений массового расхода, массы, объемного расхода и объема, плотности и температуры жидкостей и газов в потоке, нефти и нефтепродуктов, а также для измерений массы (массового расхода) и объема (объемного расхода) компонентов двухкомпонентной жидкой среды. Область применения – согласно маркировке взрывозащиты.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные счетчиков-расходомеров приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

Датчик	Наименование параметра	Значение
Электронный блок	температурный класс Т6 от минус 196 до плюс 75	Ex ib IIA T6...T1 Gb X или
	температурный класс Т5 от минус 196 до плюс 95	Ex ib IIB T6...T1 Gb X, или
	температурный класс Т4 от минус 196 до плюс 135	Ex ib IIC T6...T1 Gb X
	температурный класс Т3 от минус 196 до плюс 200	0Ex ia IIA T6...T1 Ga X или
	температурный класс Т2 от минус 196 до плюс 300	0Ex ia IIB T6...T1 Ga X, или
	температурный класс Т1 от минус 196 до плюс 450	0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Электронный блок	температурный класс Т6 от минус 196 до плюс 75	Ex db [ib] IIC T6 Gb X или
		Ex db [ib IIB] IIC T6 Gb X, или
		Ex db [ib IIA] IIC T6 Gb X
		Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X или
		Ex db [ia IIB Ga] IIC T6 Gb X, или
		Ex db [ia IIA Ga] IIC T6 Gb X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)		IP66/IP67
Напряжение постоянного тока, В, не более		40
Потребляемая мощность, Вт, не более		20
Напряжение переменного тока, В, не более		250
Потребляемая мощность, ВА, не более		20
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °C:		от минус 60 до плюс 70
Относительная влажность (без конденсации влаги, при 25 °C). %, не более		95

Параметры искробезопасных цепей приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2

Наименование параметра	Цепь питания	Цепь сенсора	Цепь датчика температуры
U _с , В	10,71	10,71	5,355
I _с , мА	111	11	10,7
P _с , мВт	297	30	14,3
C _с , мкФ	2,14 (IIC)/15 (IIC)	2,14 (IIC)/15 (IIC)	65 (IIC)/1000 (IIC)
L _с , мГн	2,87 (IIC)/11.53 (IIC)	290 (IIC)/500 (IIC)	310 (IIC)/500 (IIC)

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Счетчики-расходомеры состоят из электронного блока и датчика и имеют два варианта исполнения: дистанционное и интегральное. В интегральном исполнении электронный блок и датчик составляют единую сборную конструкцию. В дистанционном исполнении электронный блок и датчик выполнены в виде двух отдельных модулей, соединенных кабелем. Электронный блок в составе расходомеров массовых имеет корпус цилиндрической формы, закрытый с торцов крышками. Крышки имеют с корпусом резьбовое взрывонепроницаемое соединение. На боковой поверхности корпуса имеются два кабельных

Руководитель органа

Эксперт

Рыжанкова Светлана Николаевна

Намазов Элдик Уланович





ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KG № 0140642

ввода и стойка для установки электронного блока на датчик (интегральный вариант изготовления) или на корпус вводного отделения (дистанционный вариант). На одной из крышек, в зависимости от кода модели, имеется смотровое окно. Внутри корпуса размещены электронные платы обработки сигналов датчика, барьер искрозащиты, дисплей (в зависимости от кода модели). Вводное отделение электронного блока (только в дистанционном варианте изготовления) состоит из корпуса и крышки, соединенных резьбой. На дне корпуса имеется возможность для установки стойки, также на дне корпуса установлен кабельный ввод. Внутри корпуса вводного отделения имеется клеммная колодка. Датчик в составе расходомеров массовых конструктивно состоит из секции трубопровода специальной формы с установленными на ней соленоидами и термопреобразователем. В дистанционном варианте исполнения датчик имеет вводное отделение, конструкция которого аналогична конструкции вводного отделения электронного блока.

Более подробно описание конструкции мотора приведено в эксплуатационной документации, поставляемой потребителю.

Специальные условия безопасного применения «Х». Знак Х в маркировке взрывозащиты счетчиков-расходомеров указывает на специальные условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- температура измеряемой среды не должна превышать значений, соответствующих температурному классу датчика в составе расходомеров;

- неиспользуемые отверстия под кабельные вводы электронного блока в составе расходомеров должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки;

- эксплуатация и обслуживание должны осуществляться строго в соответствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документации изготовителя с учётом отраслевых Правил безопасности.

Специальные условия применения, обозначенные знаком Х, должны быть отражены в сопроводительной документации.

Взрывозащищенность счетчиков-расходомеров обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка "d" по ГОСТ ИЕС 60079-1-2013, "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ 31610.11-2014 (ИЕС 60079-11:2011) и выполнением их конструкции согласно требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (ИЕС 60079-0:2017), а также за счёт соблюдения специальных условий безопасного применения «Х».

5. Маркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак и адрес изготовителя;

- обозначение типа оборудования;

- заводской номер, дата изготовления;

- маркировку взрывозащиты;

- предупредительную надпись;

- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия оборудования требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на заявленное оборудование;

- специальный знак Ex взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

- номер сертификата соответствия;

- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией или договором поставки.

Внесение изменений в конструкцию и техническую документацию согласно ТР ТС 012/2011.

Руководитель органа

Эксперт

Рыжанкова
Э.У.



Рыжанкова Светлана Николаевна

Намазов Элдик Уланович