KGMP 사전 갭 분석 보고서

해외 제조소 품질문서(QM·SOP) 대비 KGMP 적합성 사전 점검

제조소		수입업자	
품질매뉴얼	QM-001 Quality Manual Rev 07	대상 품목	
준비도	89% — 실사 전 중대 보완 필요	예상 보완 공수	14.5-29 인일
지적 예상	중대 4 · 경미 6 · 관찰 1 · 개선권고 0	작성일	2026-10-29

기준: 의료기기 제조 및 품질관리 기준(식약처 고시) [별표2] — ISO 13485:2016 구조 · 규칙 버전 2026.10.29. MDSAP 관련 항목은 고시 제2026-46호 기준. [확인 필요] 표시는 현행 원문 대조 후 인용. 본 보고서는 문서 기반 사전 점검이며 MFDS 심사 결과를 대신하지 않습니다.

1. 예상 지적사항과 권장 조치

No	조항	등급	내용	권장 조치 (QM 전면 개정 없이)	공수
1	4.1	중대	한국 고유 요구 누락 — 한국 수입업자(허가권자)와의 품질 책임 분담 관련 내용을 찾지 못했습니다. 기대 사항: 수입업자와 제조소 간 품질협약(역할·통보·기록 제공·실사 협조)이 문서로 정해져 있을 것 · KGMP [별표2] 4.1.5·7.2.3, 의료기기법 수입업자 의무 [확인 필요]	기존 품질협약 양식에 한국 수입업자용 부록(통보 항목·기한, 기록 제공, MFDS 실사 협조)을 추가	2-4일
2	7.5.5	중대	적용제외가 제품 조건과 모순 — 7.5.5 멸균 의료기기에 대한 특별 요구사항 QM은 이 조항을 적용제외로 기재했지만 멸균 의료기기로 선택했습니다. "This manual. Exclusions: 7.5.5 is not applicable because products are non-sterile." · QM 4.2.2 Quality manual · KGMP [별표2] 4.2.2 (적용제외 정당화)	적용제외를 철회하고 해당 절차를 마련하거나, 제품 조건이 틀렸다면 심사 조건을 수정	5-10일
3	7.5.7	중대	근거 문서 없음 — 7.5.7 멸균과 멸균포장 프로세스의 유효성 확인 QM과 업로드 문서 어디에서도 이 조항을 찾지 못했습니다. · KGMP [별표2] 7.5.7	제조소에 해당 절차를 요청하고, 없으면 절차를 작성(또는 QM 적용제외 근거를 제시)	2-4일
4	8.3	중대	한국 고유 요구 누락 — 한국 내 회수·시정조치 연계 관련 내용을 찾지 못했습니다. 기대 사항: 회수·현장시정조치 결정 시 한국 수입업자 통보와 MFDS 회수 계획 지원 · KGMP [별표2] 8.3.3, 의료기기법 회수 조항 [확인 필요]	회수 절차의 통보 대상에 한국 수입업자를 추가하고 MFDS 회수계획 제출 지원을 명시	0.5-1일
5	4.2.3	경미	한국 적용 미명시 — 의료기기파일 ↔ 한국 제품표준서 대응 일반 절차는 있으나 한국(MFDS·수입업자) 적용이 명시되지 않았습니다. 기대 사항: 의료기기파일(기술문서)이 한국 허가 제품표준서의 모양·구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 시험규격과 대응될 것 · QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: 4.2.3 Medical device file · KGMP [별표2] 4.2.3, 해설서 의료기기파일 [확인 필요]	의료기기파일 목차에 "한국 제품표준서 대응표"(허가사항 ↔ 기술문서 위치)를 추가	0.5-1일
6	4.2.5	경미	한국 고유 요구 누락 — 전자기록·데이터 무결성 관련 내용을 찾지 못했습니다. 기대 사항: 전자기록의 접근통제·감사추적·백업 등 데이터 무결성(ALCOA+) 관리 · KGMP [별표2] 4.2.5 (컴퓨터 시스템·전자기록) — 2026 개정 강조사항 [확인 필요]	기록관리 절차에 ALCOA+ 원칙과 전자기록 감사추적·백업 주기를 추가	2-4일
7	7.3	경미	한국 적용 미명시 — 변경 시 한국 허가·인정서 영향 평가 일반 절차는 있으나 한국(MFDS·수입업자) 적용이 명시되지 않았습니다. 기대 사항: 설계·공정·소재지·주요 공급업체 변경 시 한국 허가(변경허가)·KGMP(변경심사) 영향 평가와 수입업자 사전 통보 · QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0730 Design and Development Control; design changes per QP-0731 Design Change. · KGMP 고시 제4조(변경심사), [별표2] 7.3.9, 의료기기법 변경허가 [확인 필요]	변경관리 양식의 규제 영향 평가 항목에 "대한민국(MFDS) 허가·KGMP"를 추가	0.5-1일
8	7.5.1	경미	한국 고유 요구 누락 — 한국어 표시기재·첨부문서 관련 내용을 찾지 못했습니다. 기대 사항: 한국 허가사항과 일치하는 한국어 표시기재(라벨·첨부문서)의 작성·승인·부착 책임 및 관리 · KGMP [별표2] 7.5.1, 의료기기법 표시기재 조항 [확인 필요]	라벨 관리 절차에 한국어 표시(작성 주체: 제조소/수입업자, 허가사항 대조 확인)를 추가	0.5-1일

No	조항	등급	내용	권장 조치 (QM 전면 개정 없이)	공수
9	8.2.2	경미	한국 적용 미명시 — 한국 고객불만의 수입업자 연계 일반 절차는 있으나 한국(MFDS·수입업자) 적용이 명시되지 않았습니다. 기대 사항: 수입업자가 접수한 한국 불만의 접수·조사·회신 경로와 기한 · QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: 8.2.2 Complaint handling · KGMP [별표2] 8.2.2	불만처리 절차의 접수 경로에 "해외 수입업자(한국 포함)" 경로와 회신 기한 추가	0.5-1일
10	8.2.3	경미	한국 적용 미명시 — 한국 내 이상사례(부작용) 보고 경로 일반 절차는 있으나 한국(MFDS·수입업자) 적용이 명시되지 않았습니다. 기대 사항: 한국에서 발생한 이상사례·안전성 정보를 수입업자를 통해 MFDS에 기한 내 보고하는 절차 · QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0823 Vigilance and Adverse Event Reporting · KGMP [별표2] 8.2.3, 의료기기법 부작용 보고 조항 [확인 필요]	이상사례 보고 절차의 국가별 표에 대한민국(MFDS·수입업자 경유·보고 기한) 행 추가	0.5-1일
11	7.5.8	관찰	한국 적용 미명시 — 의료기기 표준코드(UDI) — 한국 일반 절차는 있으나 한국(MFDS·수입업자) 적용이 명시되지 않았습니다. 기대 사항: 한국 표준코드(UDI) 부여·표시와 수입업자의 통합정보시스템 등록·공급내역 보고 지원 · QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0758 Identification, UDI and Traceability · KGMP [별표2] 7.5.8, 의료기기 표준코드 관련 고시 [확인 필요]	UDI 절차의 데이터베이스 목록에 한국(수입업자 등록)을 추가	0.5-1일

2. 조항별 충족 현황

조항	판정	관련 절차	QM 해당 장
4.1 일반 요구사항	충족	QP-0704 Purchasing	§4.1 General requirements
4.2.1 문서화 요구사항 - 일반	충족		§4.2.1 General
4.2.2 품질매뉴얼	충족		§4.2.2 Quality manual
4.2.3 의료기기파일(제품표준서)	충족	QP-0423 Medical Device File	§4.2.3 Medical device file
4.2.4 문서관리	충족	QP-0424 Lenkung von Dokumenten (Control of Documents)	§4.2.4 Control of documents
4.2.5 기록관리	충족	QP-0425 Control of Records	§4.2.5 Control of records
5.1 경영의지	충족		§5.1 Management commitment
5.2 고객중심	충족		§5.2 Customer focus
5.3 품질방침	충족		§5.3 Quality policy
5.4 기획(품질목표·품질경영시스템 기획)	충족	FO-0540 Quality Objectives	§5.4 Planning
5.5.1 책임과 권한	충족	ORG-001 organisation chart	§5.5.1 Responsibility and authority
5.5.2 품질책임자	충족		§5.5.2 Management representative
5.5.3 내부 의사소통	충족		§5.5.3 Internal communication
5.6 경영검토	충족	QP-0560 Management Review	§5.6 Management review
6.1 자원의 확보	충족		§6.1 Provision of resources
6.2 인적자원	충족	QP-0620 Training and Competence	§6.2 Human resources
6.3 기반시설	충족	QP-0630 Maintenance of Equipment and Infrastructure	§6.3 Infrastructure
6.4 작업환경과 오염관리	충족	QP-0640 Cleanroom and Work Environment	§6.4 Work environment and contamination control
7.1 제품실현의 기획(위험관리)	충족	QP-0710 Risk Management	§7.1 Planning of product realization
7.2 고객 관련 프로세스	충족	QP-0720 Order Processing and Contract Review	§7.2 Customer-related processes
7.3 설계 및 개발	충족	QP-0730 Design and Development Control QP-0731 Design Change	§7.3 Design and development
7.4 구매	충족	QP-0704 Purchasing	§7.4 Purchasing
7.5.1 생산 및 서비스 제공 관리	충족	QP-0751 Production Control	§7.5.1 Control of production and service provision

조항	판정	관련 절차	QM 해당 장
7.5.2 제품의 청결	충족	QP-0752 Product Cleaning	§7.5.2 Cleanliness of product
7.5.5 멸균 의료기기에 대한 특별 요구사항	적용제외 모순		
7.5.6 생산 및 서비스 제공 프로세스의 유효성 확인	충족	QP-0756 Process Validation QP-0757 Software Validation	§7.5.6 Validation of processes for production and service pro
7.5.7 멸균과 멸균포장 프로세스의 유효성 확인	미흡		
7.5.8 식별	충족	QP-0758 Identification, UDI and Traceability	§7.5.8 Identification
7.5.9 추적성	충족	QP-0758 Identification, UDI and Traceability	§7.5.9 Traceability
7.5.10 고객자산	충족	QP-0760 Customer Property	§7.5.10 Customer property
7.5.11 제품의 보존	충족	QP-0761 Handling, Storage and Delivery	§7.5.11 Preservation of product
7.6 모니터링 및 측정 장비의 관리	충족	QP-0760C Calibration of Measuring Equipment	§7.6 Control of monitoring and measuring equipment
8.1 측정, 분석 및 개선 - 일반	충족	WI-0810 Statistical Techniques	§8.1 General
8.2.1 피드백	충족	QP-0821 Customer Feedback and Post-Market Surveillance	§8.2.1 Feedback
8.2.2 불만처리	충족	QP-0822 Complaint Handling	§8.2.2 Complaint handling
8.2.3 규제 당국에 보고	충족	QP-0823 Vigilance and Adverse Event Reporting	§8.2.3 Reporting to regulatory authorities
8.2.4 내부감사	충족	QP-0824 Internal Audit	§8.2.4 Internal audit
8.2.5 프로세스의 모니터링 및 측정	충족		§8.2.5 Monitoring and measurement of processes
8.2.6 제품의 모니터링 및 측정	충족	QP-0826 Inspection and Release	§8.2.6 Monitoring and measurement of product
8.3 부적합 제품의 관리	충족	QP-0830 Control of Nonconforming Product	§8.3 Control of nonconforming product
8.4 데이터 분석	충족	QP-0840 Data Analysis	§8.4 Analysis of data
8.5 개선(시정조치·예방조치)	충족	QP-0852 CAPA	§8.5 Improvement

3. KGMP 고유 요구사항 (ISO 13485 대비)

ID	조항	요구사항	상태	확인 위치
K1	4.1	한국 수입업자(허가권자)와의 품질 책임 분담	없음	
K2	8.2.3	한국 내 이상사례(부작용) 보고 경로	한국 미명시	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0823 Vigilance and Adverse Event Reporting
K3	8.3	한국 내 회수·시정조치 연계	없음	
K4	7.3	변경 시 한국 허가·인정서 영향 평가	한국 미명시	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0730 Design and Development Control; design changes per QP-0731 Des
K5	7.5.1	한국어 표시기재·첨부문서	없음	
K6	7.5.8	의료기기 표준코드(UDI) — 한국	한국 미명시	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0758 Identification, UDI and Traceability
K7	7.5.9	추적관리대상 의료기기의 추적성	해당 없음	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: Procedure QP-0758 Identification, UDI and Traceability
K8	5.5.2	품질책임자 지정과 KGMP 대응 권한	반영됨	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: 5.5.2 Management representative
K9	4.2.3	의료기기파일 ↔ 한국 제품표준서 대응	한국 미명시	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: 4.2.3 Medical device file
K10	4.2.5	전자기록·데이터 무결성	없음	
K11	7.3	SW 의료기기 사이버보안	해당 없음	
K12	8.2.2	한국 고객불만의 수입업자 연계	한국 미명시	QM-001_Quality_Manual_Rev07.docx: 8.2.2 Complaint handling