

上镜 · 标准固定式 1 inch

H12.5 B4 R2 底座 → ZZ-13-M1 转接板 → MT-FLF1S 固定镜架

壁面 X=-50，柱端 X=-37.5，镜架座面 X=-19，镀膜面中心 X=0。

上镜沿原厂后座法线加 6 mm 镜厚，镀膜面中心 (0,0,312.5)。

下镜 · 标准固定式 1 inch

H12.5 B4 R2 底座 → ZZ-13-M1 转接板 → MT-FLF1S 固定镜架

下组相对上组绕 X 轴转 180°；镀膜面中心 (0,0,62.5)。

两组镜架安装顺序

先固定卧柱，再装 2 销与 2 螺钉锁紧转接板。

镜片装入之前锁紧镜架；使用原厂夹持组件固定镜片。

名义光路 +Y → +Z → +Y；首件核验螺钉旋入和镀膜面。

参考总装 STEP SHA256

0211e14d0953cb5083d6f6c0b3a75772893065e2e6adf6da0fe8247f864ff20e

25-S4 R3 加工工程图　名义装配参考	材料　316L 不锈钢 表面处理　去磁、钝化	比例　1:1.6129 单位　mm	页次　1 / 1 A3　420 × 297
图号　25-S4-R3 零件名称　一体四孔窄底爬架	投影法　第一角正投影 局部坐标 = STEP 坐标	件数　1 件 修订　R3	打印 100% 未注条件见说明
第一角：右视置左、俯视置下；孔加工规格标在对应孔旁。 镭雕字形轮廓见配套 1:1 DXF；打标工艺为激光打标，不铣刻。	通用公差与表面粗糙度：按要求不在本图标注。 螺纹等级无来源，不臆填；待确认项见第 2 页。	图纸基准：见第 2 页加工基准说明。 轮廓/尺寸按冻结 STEP 提取。	图模一致 ZE 审核：待签