

可变光阑上转接板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 柱M4沉孔从顶面加工；商业M4沉孔从主底面加工。
5. 叶片实际轴向作用面待实测，不以外框中面作保证。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=31。
9. 商业选M4×8名义旋入3.5、深5.5余2；旧M4×10会入5.5无底余，不直接沿用。
10. 柱固定建议M4×16；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
803520c4de587e5abb1e0a819dc4c27e
f049db3e6be982f8ccf99b376d03a5d6

06-IRIS-U / 可变光阑上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可变光阑上转接板

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 8.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=8.5；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H03	12.5, 0, 8.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=8.5；向-Z	1× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	
H04	-3.5, 7, 0 6, -4.5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

06-IRIS-U / 可变光阑上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可变光阑上转接板

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	矩形主板	局部起点(-16.5,-9.5,0)；X×Y×Z=33×19×8.5	
S-6	两个短X定位挡	局部起点(-5.5,-6,8.5)；X×Y×Z=2×3×2	
S3	两个短X定位挡	局部起点(-5.5,3,8.5)；X×Y×Z=2×3×2	
ENG	实体凹刻 06-IRIS-U	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 3.0；5.2	加工面 字框中心(0,-9.5,4.1)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

06-IRIS-U / 可变光阑上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

06-IRIS-U 可变光阑上转接板

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=8.5；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；8.5

H02 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；0.0；0.0


H03 1× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=8.5；向-Z；局部XYZ 12.5；0.0；8.5

H04 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -3.5；7.0；0.0；6.0；-4.5；0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

