

可变光阑下转接板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 柱M4在下板仅Ø4.3通孔，沉孔位于配套上板。
5. 一颗层间M3与两销连接上板。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
9. 柱固定建议M4×16；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
8f779ab4f84e314298f56b2535674867
33fb5aa032bf7a6e75d20d69c07f873b

06-IRIS-L / 可变光阑下转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：06-IRIS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	1× Ø4.3 通孔，贯穿6	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H03	12.5, 0, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	1× M3×0.5　　攻牙；贯穿6	
H04	-3.5, 7, 6 6, -4.5, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

可变光阑下转接板

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓16.5mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	矩形主板	局部起点(-16.5,-13.35,0)；X×Y×Z=33×26.7×6	
ENG	激光打标 06-IRIS-L	字高 2.2；示意 ；局部Z范围 1.9；4.1	加工面 字框中心(0,-13.35,3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

06-IRIS-L / 可变光阑下转接板 修订 M1 单位 mm 第一角投影 图号：06-IRIS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明