

公制90度多档紧凑一体爬架_25-TM


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 一整块连续材料加工，小L外廓与25-S3同型，孔族不同，不可混用。
7. 316L，去磁钝化；本次不加通用公差/粗糙度。
8. 3M6先锁主板，再安装裸下12.5柱及27-S45，最后安装10-C下镜与侧装上镜；拆卸反序。
9. 下镜采用校正件10-C，真实镜面与卧柱轴名义重合；上27没有万能柱，保留原厂家接口的实际四孔偏量。
10. 厂家源SOURCE12/14及空载夹唇配合理想镜片例外保留；选定工具通过不代表手握/刚度/微调全行程实测。
11. 仅使用相应型号已核验的H/O档位；详细档位矩阵随资料包。
12. 先裸底座锁主板，再裸支架，最后安装镜组。
13. 两孔族为独立型号；禁止将另一孔族近邻孔补钻到本件。

冻结源 SHA256：
e9518541d26c1f5a05bac105a1f176fd
fdb1be98d968b9fec2379d8112d8a59b

25-TM / 公制90度多档紧凑一体爬架_25-TM 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：25-TM-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:2 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

公制90度多档紧凑一体爬架_25-TM

局部基准：原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	32.5, 85, 10 7.5, 35, 10 57.5, 35, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6	3×M6×12至主板，夹持4、名义旋入8；全部孔位为25mm整数网格
H02	7.5, 10, 4 57.5, 10, 4	(0, 0, -1)	局部Z=4，向-Z	2× Ø6.4贯穿4	22阶梯销临时定位；不作为精密定位衬套
H03	20, 60.6, 37.5 20, 60.6, 62.5 45, 60.6, 37.5 45, 60.6, 62.5 20, 60.6, 50 20, 60.6, 75 45, 60.6, 50 45, 60.6, 75 20, 60.6, 87.5 45, 60.6, 87.5 20, 60.6, 100 45, 60.6, 100	(0, 1, 0)	局部Y=60.6，向+Y	12× M6×1-6H ；STEP为Ø5攻牙底孔	LOWER 校正卧柱零偏；档位共享同一实体孔，坐标不得取整；各档四孔选择见装配索引。
H04	19.4254, 60.6, 111.9254 19.4254, 60.6, 136.9254 44.4254, 60.6, 111.9254 44.4254, 60.6, 136.9254 19.4254, 60.6, 124.4254 19.4254, 60.6, 149.4254 44.4254, 60.6, 124.4254 44.4254, 60.6, 149.4254 19.4254, 60.6, 161.9254 44.4254, 60.6, 161.9254 19.4254, 60.6, 174.4254 44.4254, 60.6, 174.4254 19.4254, 60.6, 186.9254 44.4254, 60.6, 186.9254 19.4254, 60.6, 199.4254 44.4254, 60.6, 199.4254 19.4254, 60.6, 211.9254 44.4254, 60.6, 211.9254	(0, 1, 0)	局部Y=60.6，向+Y	18× M6×1-6H ；STEP为Ø5攻牙底孔	UPPER 原27实测安装偏量；档位共享同一实体孔，坐标不得取整；各档四孔选择见装配索引。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

公制90度多档紧凑一体爬架_25-TM

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	同一整料L型主体	底板尺寸X×Y×Z=[45.0, 97.5, 10.0]；墙板尺寸X×Y×Z=[45.0, 10.0, 215.0]；底板局部起点=[10.0, 0.0, 0.0]；墙板局部起点=[10.0, 60.6, 10.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F02	局部安装耳	尺寸X×Y×Z=[65.0, 45.0, 10.0]；局部起点=[0.0, 0.0, 0.0]	与F01并集，同一整料；仅此段拓宽至65
F03	内根部圆角	半径R=3；轴向=[1, 0, 0]；轴上点=[32.5, 57.6, 13.0]；长度=45	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F04	安装耳过渡圆角	半径R=3；轴向组=[[0, 0, 1], [0, 0, 1]]；轴上点组=[[7.0, 48.0, 0.0], [58.0, 48.0, 0.0]]；长度=10	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F05	对外敞开沉台	尺寸X×Y×Z=[15, 18, 6]；底台Z=4；局部起点组=[[0.0, 0.0, 4.0], [50.0, 0.0, 4.0]]	对外侧和前方敞开；不能读成底板全厚通槽
E01	激光打标 25-TM R3	字框中心局部(32.5, 60.6, 221)；高2.2；示意 ；宽13.142959	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E02	激光打标 IN 125	字框中心局部(32.5, 60.6, 124.425379)；高2.2；示意 ；宽8.4664	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E03	激光打标 IN 137.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 136.925379)；高2.2；示意 ；宽10.969159	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E04	激光打标 IN 150	字框中心局部(32.5, 60.6, 149.425379)；高2.2；示意 ；宽8.442886	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E05	激光打标 IN 162.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 161.925379)；高2.2；示意 ；宽10.976486	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E06	激光打标 IN 175	字框中心局部(32.5, 60.6, 174.425379)；高2.2；示意 ；宽8.4664	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E07	激光打标 IN 187.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 186.925379)；高2.2；示意 ；宽10.976486	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E08	激光打标 IN 200	字框中心局部(32.5, 60.6, 199.425379)；高2.2；示意 ；宽8.442886	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E09	激光打标 OUT 50	字框中心局部(32.5, 60.6, 50)；高2.2；示意 ；宽10.0588	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E10	激光打标 OUT 62.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 62.5)；高2.2；示意 ；宽12.558998	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E11	激光打标 OUT 75	字框中心局部(32.5, 60.6, 75)；高2.2；示意 ；宽10.082004	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E12	激光打标 OUT 87.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 87.5)；高2.2；示意 ；宽12.558998	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	总装世界上镜反射面圆心(0,0,H)、下镜反射面圆心(0,0,O)；方向−X→−Z→+Y。H/O选择见对应孔族档位矩阵。	后承面加1inch镜厚6mm；俯视可见背面圆心不作反射基准。镜片镀膜另选。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

25-TM / 公制90度多档紧凑一体爬架_25-TM

修订 R3　单位 mm　第一角投影

图号：25-TM-R3

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1:2

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明