

RS ISLAM GONDANGLEGI
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT (IPSRs)

Jl. Hayam Wuruk No. 123, Gondanglegi, Malang • Telp: (0341) 879222

LEMBAR KERJA PEMELIHARAAN PREVENTIF & PEMANTAUAN FUNGSI ALKES

Standar Kemenkes RI / MFK 8 - Manajemen Fasilitas & Keselamatan Rumah Sakit

No. SP / Lembar Kerja	: SPK-PM-2026-0101	Tanggal Pelaksanaan	: 2026-09-19 08:30 s/d 09:45
Nama Alat Medis	: Patient Monitor Bionet BM3	Ruangan / Lokasi	: ICU Isolasi
Kode Aset / Inventaris	: ALK-ICU-001	Pelaksana Pemeliharaan	: Teknisi Internal IPSRS
Merk / Model / Tipe	: Bionet / BM3 Pro	Siklus Frekuensi	: quarterly
Nomor Seri (SN)	: BM3-889922	Kondisi Akhir Alat	: LAIK PAKAI

I. PEMANTAUAN FUNGSI & FISIK OPERASIONAL ALAT

No	Komponen / Parameter Uji Fungsi Fisik	Kondisi
1	Casing / Kotak / Rangka Alat	BAIK
2	Baterai / Catu Daya Cadangan	BAIK
3	Roda / Kaki / Braket Pemasangan	BAIK
4	Kabel Power / Steker / Kabel Grounding	BAIK
5	Filter Udara / Saringan Debu	BAIK
6	Konektor, Probe, Leadwire / Sensor	BAIK
7	Sistem Alarm & Indikator Peringatan Visual	BAIK
8	Tombol, Saklar & Display Kontrol	BAIK

II. TINDAKAN PEMELIHARAAN PREVENTIF

No	Kegiatan Pemeliharaan Preventif	Tindakan
1	Pembersihan Fisik, Sasis & Debu Internal	YA
2	Pelumasan Bagian Bergerak / Mekanis	YA
3	Penggantian Baut, Mur & Soket Longgar	YA
4	Penggantian Komponen Aus / Filter Baru	NA

III. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK (ELECTRICAL SAFETY TEST)

No	Parameter Uji Kelistrikan	Nilai Acuan Standar	Hasil Terukur	Evaluasi
1	Tahanan Pembumian / Grounding Wire	$\leq 0.20 \text{ Ohm}$	0.12 Ohm	MEMENUHI SYARAT
2	Arus Bocor Sasis / Chassis Leakage	$\leq 100.0 \text{ uA}$	42.0 uA	MEMENUHI SYARAT

IV. KESIMPULAN & CATATAN TEKNISI

Kondisi Akhir Alat: [LAIK PAKAI]

Catatan / Tindak Lanjut: Pemeriksaan berkala selesai sesuai standar SOP MFK 8.

Petugas / Teknisi Pelaksana,

Gondanglegi, 2026-09-19

Mengetahui / Penanggung Jawab,

(Ahmad Elektromedik)

Teknisi Elektromedis IPSRS

(Faiz Kurniawan, S.Tr.Kes)

Kepala Ruangan / Penanggung Jawab