

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA O'LCHASHLARNING YAGONA
BIRLIKDA BO'LISHINI TA'MINLASH TIZIMI**

STANDARTLASHTIRISH METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI MCHJ

(o'lchash vositasini qiyoslashni o'tkazgan metrologiya xizmatining nomi)



2025-52315-son
o'lchash vositasini qiyoslash
GUVOHNOMASI



STANDARTLASHTIRISH
METROLOGIYA VA
SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI

Amal qilish muddati:

2026-yil 20-iyungacha

Ushbu guvohnoma

DY-WSX01A -S turdagi harorat va namlik iqlimiy kamera. HygroPalm HP32
turidagi termogigrometr

foydalangan holda

(etalonlar (namunaviy o'lchash vositalari)ning belgilanishi va nomi, qiyoslangan sanasi)

QU 10.04:2017

ga muvofiq

(qiyoslash bo'yicha xujjatning belgilanishi va nomlanishi)

STANDARTLASHTIRISH METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MARKAZI MCHJ

tomonidan qiyoslangan

(o'lchash vositalarini qiyoslagan metrologiya xizmatining nomi)

«DILMUROD AZAMAT IQBOLI» XK

ga tegishli

(o'lchash vositalarining egasi - yuridik shaxs)

(o'lchash vositalarini tayyorlovchi)

XITOY

tomonidan tayyorlangan (import qilingan)

(o'lchash vositalarining tayyorlovchi - import qiluvchi mamlakat)

O'lchash chegarasi -20 dan +70 °C gacha; 10 dan 95 % gacha

(o'lchash vositalari parametrlarining nomi, o'lchashlar,

Ruxsat etilgan xatoligi ± 1 °C; ± 5 %

metrologik tavsifli

xatolik chegaralari, aniqlik klassi)

Raqamli termogigrometrlar HTC-2; 5 dona № ID2234; ID2235; ID2236;
ID2237; ID2238

o'lchash vositasi

(o'lchash vositalarining nomlanishi va belgilanishi, zavod raqami)

ГОСТ 8.558-93 standartning 2.4, 3.5 va ГОСТ 8.547-2009 standartning 6.1, 6.2-bandlarida va
ishlab chiqaruvchining texnik xujjatlarida belgilangan talablarga muvofiq

(o'lchash vositalariga qo'yiladigan talablarni reglamentlovchi normativ xujjat belgilanishi va nomi)

talablariga mosligi

(o'lchash vositasi turining ta'rifi)

va davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etilish sohasida qo'llanishiga yo'l qo'yilishini
tasdiqlaydi.

Qiyoslash sanasi: 2025 yil «20» iyun



Qiyoslovchi:

Xadjimetov Adil

(F.I.SH.)