

## Umerjanje in testiranje inštrumenta

| DATUM umerjanja | PROIZVAJALEC umerjenega inšt. | MODEL umerjenega inšt. | SERIJSKA ŠT. umerjenega inšt. | HIŠNO IME |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 27.5.2026       | ATP                           | DT-1309                |                               |           |

| Razred r | Merilno območje $X_D$ | Deklarirana meja napake $M_x$ |
|----------|-----------------------|-------------------------------|
| 1,5      | 460 lx                | 6,9 lx                        |

$$M_x = \pm \frac{r}{100} X_D$$

| Zaporedna meritev N | Prava vrednost $X_P$ | Izmer. vrednost $X_i$ | Izmerjena meja napake $X_P - X_i$ |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1                   | 28,2 lx              | 26 lx                 | $\pm$ 2,2 lx                      |
| 2                   | 60,1 lx              | 65 lx                 | $\pm$ 5,1 lx                      |
| 3                   | 104,3 lx             | 108 lx                | $\pm$ 3,7 lx                      |
| 4                   | 138,3 lx             | 136 lx                | $\pm$ 2,3 lx                      |
| 5                   | 252,4 lx             | 246 lx                | $\pm$ 6,4 lx                      |
| 6                   | 265,5 lx             | 262 lx                | $\pm$ 3,5 lx                      |
| 7                   | 291,5 lx             | 287 lx                | $\pm$ 4,5 lx                      |
| 8                   | 325,8 lx             | 320 lx                | $\pm$ 5,8 lx                      |
| 9                   | 395,5 lx             | 389 lx                | $\pm$ 6,5 lx                      |
| 10                  | 459,6 lx             | 454 lx                | $\pm$ 5,6 lx                      |

Če je kjerkoli v tabeli izmerjena meja napake VEČJA od deklarirane meje napake  $M_x$ , inštrument NI zanesljiv in tisto celico označimo (pobarvamo z markerjem).

Inštrument (ustrezno označite z X):

☒ **JE** zanesljiv znotraj deklarirane meje napake.

☐ **NI** zanesljiv znotraj deklarirane meje napake.

Pravo vrednost  $X_P$  dobimo z odčitkom na generatorju napetosti (digitalni prikazovalnik na napravi) ali z referenčnim digitalnim inštrumentom, ki sodi v višji precizijski razred, kot umerjeni inštrument.

Ime in priimek merilca:

Val Eberline  
Jan Izgoršek

Podpis:

 