

INFORME DEL PLAN DE TRATAMIENTO

PACIENTE

Nombre:	CASTRO, NATALIA ELENA	IDs:	626360, 9736
Fecha de nacimiento:	Sunday, June 24, 1979	Sexo:	Femenino
Oncólogo principal:	-	ID oncólogo principal:	-
Médico especialista:	-	ID médico especialista:	-

PLAN

General

Id del plan:	BQT
Id de la etapa de tratamiento:	C2 BQT
Intención de la etapa de tratamiento:	
Plan creado:	Monday, May 11, 2026 11:31:05 por Valentina Morales Maldonado
Última modificación del plan:	Tuesday, May 12, 2026 14:12:51 por Valentina Morales Maldonado
EL PLAN SE HA EDITADO DESPUÉS DE QUE SE HAYA GUARDADO EN LA BASE DE DATOS.	
Técnica:	INTRACAVITARY
Tipo de configuración de la aplicación:	OTHER
Conjuntos de semillas:	5
Fuentes activas:	5 (de 5)

Fuente radioactiva

Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)
Intensidad del kerma total:	24015.21 cGy cm²
Segundos Curie totales:	30092.16
Modelo de fuente:	CDCS-M LDR (Aprobado)
Última modificación de modelo de fuente:	Thursday, April 29, 2021 10:10:21
Vida media:	10950.00 d
Fecha de la calibración:	varía
Actividad de calibración:	varía
Intensidad de calibración:	varía
Actividad del tratamiento:	varía
Intensidad del tratamiento:	varía
Fecha del tratamiento:	Monday, May 11, 2026 00:00:00

Prescripción de la dosis

Volumen blanco:	-
Dosis total:	3000.0 cGy (3000.0 cGy / fracción)
Número de fracciones:	1
Porcentaje de tratamiento:	100.0 %
Punto de referencia primario:	NS_Artifact
Dosis total planificada:	3000.0 cGy (3000.0 cGy / fracción)
Dosis relativa en el punto de referencia primario:	100.0 %
Cálculo de la dosis medio:	Homogéneo
Método de cálculo de la dosis:	Algoritmo: TG-43
Tiempo creación: Tuesday, May 12, 2026 14:13:05	

Parámetros de calidad dosimétricos

Estructura	Id	Valor
------------	----	-------

Imagen

Id Imagen:	Fantoma de agua
Nombre de la imagen:	Fantoma de agua BV
Id series de imágenes:	Fantoma de agua
Comentario serie:	Fantoma de agua
Modalidad de imagen:	CT
Dispositivo de obtención de imágenes:	CIMAC_Rocs
Modelo:	BrightSpeed S
Fabricante:	GE MEDICAL SYSTEMS
Número de serie:	*
Orientación de obtención de imagen de paciente:	Decúbito supino - céfalo caudal
Orientación del tratamiento del paciente:	Decúbito supino - céfalo caudal
Sistema de coordenadas de planificación:	IEC 61217
Origen de imagen:	Origen del usuario desplazamiento DICOM = (0.00cm, 0.00cm, 0.00cm)
IMAGEN NO APROBADA	

Estructuras

ID de conjunto de estructuras:		Fantoma de agua	
Id	Tipo	Valor CT	Estado de la aprobación
Agua	Región de control	0.0 HU	No aprobado

Conjuntos de semillas

Los tiempos de estancia se visualizan para una fracción única

ID conjunto de semillas:	M2-982	Modelo de fuente:	CDCS-M LDR
AKR del tratamiento:	39.10 cGy cm² / h	AKR calibración:	81.30 cGy cm² / h
Actividad del tratamiento:	13.61 mCi	Actividad de calibración:	28.30 mCi
Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)	Modelo de cálculo de dosis:	Fuente lineal
Tiempo de estancia [d]		Coordenadas [cm] (x,y,z)	Intensidad [cGy cm² / h]
2.99		0.09 3.61 0.82	39.10
ID conjunto de semillas:	J5-204	Modelo de fuente:	CDCS-M LDR
AKR del tratamiento:	106.09 cGy cm² / h	AKR calibración:	189.80 cGy cm² / h
Actividad del tratamiento:	36.93 mCi	Actividad de calibración:	66.06 mCi
Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)	Modelo de cálculo de dosis:	Fuente lineal
Tiempo de estancia [d]		Coordenadas [cm] (x,y,z)	Intensidad [cGy cm² / h]
2.99		0.03 1.49 0.27	106.09
ID conjunto de semillas:	M2-984	Modelo de fuente:	CDCS-M LDR
AKR del tratamiento:	36.89 cGy cm² / h	AKR calibración:	76.70 cGy cm² / h
Actividad del tratamiento:	12.84 mCi	Actividad de calibración:	26.70 mCi
Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)	Modelo de cálculo de dosis:	Fuente lineal
Tiempo de estancia [d]		Coordenadas [cm] (x,y,z)	Intensidad [cGy cm² / h]
2.99		-0.00 -0.66 -0.09	36.89

Planificación de braquiterapia

Planificación de braquiterapia 15.6.8

Centro Radioterapia San Juan, San Juan

ID conjunto de semillas:	M4-985	Modelo de fuente:	CDCS-M LDR
AKR del tratamiento:	73.62 cGy cm² / h	AKR calibración:	153.00 cGy cm² / h
Actividad del tratamiento:	25.62 mCi	Actividad de calibración:	53.25 mCi
Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)	Modelo de cálculo de dosis:	Fuente lineal

Tiempo de estancia [d]	Coordenadas [cm] (x,y,z)	Intensidad [cGy cm² / h]
2.99	-2.56 -2.15 -1.21	73.62

ID conjunto de semillas:	M4-986	Modelo de fuente:	CDCS-M LDR
AKR del tratamiento:	78.43 cGy cm² / h	AKR calibración:	163.00 cGy cm² / h
Actividad del tratamiento:	27.30 mCi	Actividad de calibración:	56.74 mCi
Tiempo del tratamiento:	2.99 d (estancia sencilla máx.)	Modelo de cálculo de dosis:	Fuente lineal

Tiempo de estancia [d]	Coordenadas [cm] (x,y,z)	Intensidad [cGy cm² / h]
2.99	1.66 -1.87 -0.85	78.43

Puntos de referencia

ID de Fraccionamiento	Coordenadas 3D			Dosis por Fracción	Dosis Total	Punto Principal	ID de punto
	X	Y	Z				
Ad	-2.27 cm	1.40 cm	0.43 cm	2679.1 cGy	2679.1 cGy		PTV Utero
Ai	2.16 cm	1.43 cm	0.45 cm	3000.0 cGy	3000.0 cGy		PTV Utero
Bd	-5.06 cm	1.38 cm	0.42 cm	840.8 cGy	840.8 cGy		PTV Utero
Bi	4.55 cm	1.40 cm	0.46 cm	978.5 cGy	978.5 cGy		PTV Utero
NS_Artifact	-	-	-	3000.0 cGy	3000.0 cGy	X	NS_Artifact
RECTO	-7.06 cm	-1.88 cm	-4.44 cm	371.7 cGy	371.7 cGy		Rectum
VEJIGA	-1.62 cm	-2.75 cm	2.35 cm	1303.1 cGy	1303.1 cGy		Bladder

Planificación de braquiterapia

Planificación de braquiterapia 15.6.8

Centro Radioterapia San Juan, San Juan

Información de radiografía

Monday, May 11, 2026 11:31:19 AM Usuario: Valentina Morales Maldonado

Geometría del sistema de imágenes: Orthogonal

Etiqueta Haz1: AP

Ángulo [deg]: 0.000

Dist. foco-película [cm]: 160.000

Dist. isocentro-película [cm]: 60.000

Factor de ampliación: 1.600

Etiqueta Haz2: LAT DER

Ángulo [deg]: 90.000

Dist. foco-película [cm]: 160.000

Dist. isocentro-película [cm]: 60.000

Factor de ampliación: 1.600

Plano de imagen:transversal

Final de información de geometría del sistema de imágenes

Validación de aprobación de la planificación

1. ADVERTENCIA: Algunas estructuras no se han aprobado o se han rechazado.

2. ADVERTENCIA: Los límites de dosis siguientes para el punto de referencia principal no están definidos:

Límite de dosis total

Límite de dosis diaria

Límite de dosis por sesión

Estado de la aprobación

No aprobado:

Monday, May 11, 2026 11:31:05 por Valentina Morales Maldonado

Firmas

Planificado por: _____

Fecha: _____

Controlado por: _____

Fecha: _____

Aprobación oncólogo: _____

Fecha: _____

Lista de comprobación pretratamiento

¿Plan controlado y aprobado? ☐

¿QA diaria terminada? ☐

¿QA del plan terminada? ☐

¿Equipo de emergencia disponible? ☐

¿Conexión del paciente verificada? ☐

Tiempo de inserción: _____ Insertado por: _____ Confirmado por: _____

Tiempo de eliminación: _____ Eliminado por: _____ Confirmado por: _____

Paciente: CASTRO, NATALIA ELENA (626360, 9736)
Etapas de tratamiento: C2 BQT
Plan: BQT - No aprobado

Impreso Tuesday, May 12, 2026 14:13:59 por Valentina Morales Maldonado

Página: 4/4