

Initial Risk Assessment

29/4/22

Tanggal Assessment : 19 Mei 2022

Informasi Sistem

Nama Sistem / Aplikasi : **Thin Layer Chromatography**

Deskripsi Sistem : **Validasi sistem komputer (CSV) Thin Layer Chromatography**

Versi : **00**

System / Application Owner : **Andev**

Informasi Project & Validasi

Tipe Assessment



Implementasi Baru



Perubahan status atau re-evaluasi

GxP RELEVANT CHECKLIST*

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah sistem / informasi digunakan pada proses terkait manufaktur, pengendalian atau dokumentasi mutu produk farmasi?	Ya
2	Apakah sistem / informasi digunakan untuk pengolahan, pengemasan, penyimpanan / pergudangan, transit atau distribusi produk?	Tidak
3	Apakah sistem / informasi terlibat dalam pembuatan, modifikasi, perpindahan atau penyimpanan data terkait pengajuan registrasi?	Tidak
4	Apakah sistem / informasi mengumpulkan, memproses, menganalisa atau menyimpan data terkait obat dan atau keselamatan pasien?	Ya
5	Apakah informasi pada sistem digunakan oleh regulator sebagai bukti dokumentasi yang menjadi objek regulasi GxP?	Ya
6	Apakah sistem terkoneksi dan berdampak pada sistem yang tervalidasi (dengan atau tanpa interface)?	Ya
7	Apakah sistem digunakan untuk keputusan terkait mutu dan pelaporan?	Ya
8	Apakah sistem berurusan dengan informasi terkait kebijakan, tata kelola dan pedoman?	Tidak
Kesimpulan**		☒ Ya ☐ Tidak
Justifikasi apabila tidak dalam ruang lingkup GxP		

*) Jika salah satu pertanyaan dijawab "Ya", maka kesimpulannya "Ya"

**) Jika kesimpulan GxP Relevant "Ya" dan sistem diputuskan untuk validasi, maka dilanjutkan ke tabel Risk Level Identification.

Initial Risk Assessment

GAMP categories*

☒ Kategori 1 – Infrastructure

Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung sistem terkomputerisasi. Contoh : spreadsheet, operating system, perangkat lunak server dan network hardware, database software dan backup system

☐ Kategori 3 – Non-Configured Product

Sistem yang tidak dikonfigurasi untuk disesuaikan dengan proses bisnis pengguna. Contoh : lab. instrumen, mesin produksi, COTS (Commercial Off The Shelf) & Access Control

☒ Kategori 4 – Configured Product

Sistem yang menyediakan tampilan standar dan memungkinkan adanya konfigurasi spesifik oleh pengguna. Contoh : ERP, MES, EMS, LIMS, Empower and Doc. Management System

☐ Kategori 5 – Custom Application

Sistem yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh : CAPA Monitoring Online, FUP Online, Manajemen Retention Sample

☐ N.A (Jika validasi tidak dibutuhkan)

*) Berdasarkan GAMP 5, kategori 2 sudah tidak digunakan

DETAILED ASSESSMENT (N – Not met, P – Partially met, L – Largely met, F – Fully met)

N#	Persyaratan	Pemenuhan	Komentar / Penyimpangan
Good Practice for Computerized Systems berdasarkan ISPE, GAMP 5			
Pendekatan Berbasis Risiko untuk Kepatuhan Terhadap GxP Computerized System			
Apakah dokumentasi sistem mencakup item berikut?			
1.	URS tersedia?	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
2.	Deskripsi sistem secara detail	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
3.	Kontrol akses dan prosedur keamanan	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☒ Not applicable	Akses dibuat terbatas dengan adanya klasifikasi admin, superior, chemyst dan analis
4.	Prosedur operasional	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
5.	Catatan training untuk operasi sistem pengguna	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
6.	Prosedur pengendalian perubahan	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
7.	Prosedur apabila terjadi breakdown atau kegagalan sistem (contoh: backup dan restore, recovery disaster, contingency plan)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
8.	Tinjauan dokumentasi sistem terhadap Kebutuhan Pengguna	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
Apakah dokumentasi validasi mencakup item berikut?			
9.	Prosedur yang mendeskripsikan proses validasi	☐ N ☐ P ☒ L ☐ F ☐ Not applicable	Belum tersedia instrumen metode siap pakai yang tervalidasi
10.	Spesifikasi fungsional dan spesifikasi desain software	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A

Initial Risk Assessment

11.	Risk Assessment fungsional	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
12.	Verifikasi terdokumentasi dari komponen hardware dan software yang terinstalasi (Kualifikasi Instalasi)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
13.	Pengujian fungsional melibatkan user atau perwakilannya (Operational Qualification)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
14.	Tinjauan dokumentasi dan prosedur sebelum go-live menggunakan Certificate of Acceptance	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
15.	Verifikasi kinerja proses dengan user (Performance Qualification)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
16.	Laporan validasi dalam bentuk IQ/OQ (PQ jika dibutuhkan) disetujui oleh minimai system owner, process owner dan personel terkualifikasi	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A

ERES Compliance Assessment

Jika sistem menggunakan Electronic Record, apakah persyaratan berikut terpenuhi?

17.	Backup dilakukan pada interval rutin sesuai dengan prosedur yang disetujui	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
18.	Data yang dibackup dapat direstore	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
19.	Tiap saat memungkinkan untuk membuat salinan akurat dari catatan elektronik, terbaca oleh inspektor	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
20.	Hanya user berwenang yang dapat membuat, memodifikasi atau menghapus catatan elektronik	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
21.	Sistem langsung mencatat aktivitas operator yang membuat, memodifikasi dan menghapus catatan elektronik (audit trail yang terbaca)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
22.	Audit trail tidak dapat di non-aktifkan	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
23.	Catatan elektronik dan audit trail tersimpan atau terarsip selama periode retensi yang dipersyaratkan oleh regulasi	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A

Jika catatan elektronik harus ditandatangani berdasarkan regulasi GxP, jawab pertanyaan A atau B :

A – Jika digunakan tandatangan basah, apakah persyaratan berikut terpenuhi?

24.	GxP records dicetak pada kertas dan ditandatangani sesuai dengan prosedur yang disetujui	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	Data yang dihasilkan bisa di printout
-----	--	---	---------------------------------------




B – Jika digunakan tandatangan elektronik, apakah persyaratan berikut terpenuhi?

25.	Personel yang diijinkan menandatangani secara elektronik pada sistem telah dilatih dan telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik mereka	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
-----	---	---	-----

Initial Risk Assessment

26.	Sistem menggunakan kode identifikasi pribadi (user id) dan password rahasia untuk tandatangan elektronik	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
27.	Sistem mengharuskan password diubah secara periodik	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
28.	User terkunci setelah upaya login atau tandatangan gagal sesuai jumlah yang ditetapkan	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A
29.	Sistem mendokumentasikan dengan jelas setiap tanda tangan yang dilakukan (nama lengkap, tanggal dan waktu, tujuan dari penandatanganan)	☐ N ☐ P ☐ L ☒ F ☐ Not applicable	N/A

RINGKASAN HASIL						
Pertanyaan	N	P	L	F	Instruksi	
1-16	-	-	1	15	Jika lebih dari satu persyaratan ditandai sebagai "Not Met" (N) atau lebih dari empat persyaratan ditandai sebagai "Partially Met" (P), sistem TIDAK DIVALIDASI	Sistem divalidasi? ☒ YA ☐ TIDAK
17-29	-	-	-	13	Jika salah satu persyaratan "Not Met" (N) or "Partially Met" (P), sistem tidak memenuhi untuk E-Records dan E-Signatures	Sistem Compliant ☒ YA ☐ TIDAK

Dibuat oleh,		Diperiksa dan disetujui oleh,	
 (System/Process Owner)		 (System/Process Owner Manager)	
Kesimpulan (Butuh CSV?) (diisi oleh QA Manager)	☒ YA Penjelasan : Perlu dilakukan CSV, masuk nang lingkup kategori 3 berdasarkan GAMP 5 & IIS.	☐ TIDAK Penjelasan :	
Diperiksa dan disetujui oleh,			
 (QA Manager site Cikarang)		For ATO  16 Jun 2022 (QA Manager site Pulogadung)	