

# 臺北、首都客運公司酒測器檢驗比對登記表

實施日期: 2025 年 02 月 17 日  
檢驗碼: 00101

## 一、標準件檢測數值:

酒精濃度	第一次檢測 (0.00mg/L)	第二次檢測 (0.12mg/L)
檢測數值	0	0.112

## 二、檢驗件檢測數值:

酒精濃度 檢驗 數值 比對件 編號	第一次檢測 (0.00mg/L)	第二次檢測 (0.12mg/L)	判定結果
A00001	0	0.105	PASS
A00006	0	0.100	PASS
A00009	0	0.100	PASS
A00010	0	0.120	PASS
A00011	0	0.106	PASS
A00021	0	0.090	PASS
A00023	0	0.120	PASS
A00031	0	0.090	PASS
A00032	0	0.096	PASS
A00034	0	0.090	PASS
A00043	0	0.105	PASS
A00045	0	0.120	PASS
A00052	0	0.110	PASS
A00054	0	0.105	PASS
A00055	0	0.090	PASS

檢驗人員: 魏志安

單位主管: 襄理吳怡琪

備註: 酒精濃度為 0.12mg/L 時檢測數值不得小於 0.09mg/L。

【本報告僅供參考, 不具法定效力】