

呼氣酒精測試器校正履歷表

設備名稱：呼氣酒精測試器

校正廠牌/型號/序號：APOLLO/CAR-035/E00245

校正週期：一年

校正規範：經濟部標準檢驗局呼氣酒精測試器及分析儀檢定檢查技術規範(CNMV 126第4版)

校正允差：標準酒精濃度 <0.400 mg/L時，檢定公差： ± 0.020 mg/L

0.400 mg/L \leq 標準酒精濃度<2.000 mg/L時，檢定公差：±5 %

序號	本次 校正日期	本次 校正數值(mg/L)	本次 校正結果	下次 校正日期	承辦人	單位主管
1	2025. 02. 13	標準值：0.254 器示值：0.25 器差值：0.005	合格	2026. 02. 12	吳怡琪	許俊志
		標準值：0.543 器示值：0.534 器差值：-0.009(-1.68%)	合格			