

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0711025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BAÑO DE FLOTACIÓN
Device
MARCA: KEDEE
Brand
MODELO: KD-P
Model
SERIE: 5702EO839479
Serial
Inventario Institución: 574564
Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Multímetro	FLUKE	179	18960429	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-10-14
Date of Receipt
Fecha Calibración: 2025-10-14
Date of Calibration
TEMPERATURA Inicial: 21 °C
Temperature
Final: 21 °C
End
HUMEDAD Rel. Inicial: 61 %
Humidity
Final: 61 %
End
Lugar de Calibración: PATOLOGÍA
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution
TELÉFONO: 6063119058
Telephone
CIUDAD: PEREIRA
City
DIRECCIÓN: Cra 4 #24-88
Address
Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Codesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Codesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

TEMPERATURA

Medición de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
47	46,20	-0,80	±	0,20	°C



FIN DEL CERTIFICADO